

Białystok, dn. 17.09.2021 r.

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
DZIAŁ ADMINISTRACJI
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok

Numer pisma: DA.ZP.242.34.1.2021

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa obłożenia pola operacyjnego, elementów zużywalnych oraz akcesoriów na potrzeby Bloku Operacyjnego i OIT**”, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.34.2021.**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

I. Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – Próbkki:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia z ofertą **niesterylnych** próbek zestawów do obłożenia pola operacyjnego? Niesterylne próbki są identyczne jak sterylne zestawy i na ich podstawie Zamawiający będzie mógł zweryfikować spełnienie wymagań określonych w SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Pakiet nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do artroskopii kolana o parametrach technicznych zgodnych z opisanymi i następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 160 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x osłona na kończynę Protect 35 x 55 cm

2 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

2 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect wzmocniony XXL

1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect wzmocniony XL

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta do artroskopii Protect 200 x 320 cm, otwór elastyczny Ø 5 x 7 cm, z workiem z zaworem.

Wbudowany Velcro

1 x osłona na kable video 13 x 250 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 1 – Obłożenie do artroskopii kolana**, sterylne, jednorazowe, wykonane z minimum 2 warstw o gramaturze materiału min. 54 g/m².

W skład zestawu wchodzi minimum:

- serweta o wymiarach co najmniej 200x320 cm z otworem o średnicy 6x8 cm (zamiast 220 x 320 cm z otworem o średnicy od 6 cm),
- jedna osłona na kończynę od 33 cm x od 55 cm,
- taśma przylepna,
- serweta o wymiarach co najmniej 150 cm x 180 cm,
- serweta na stół Mayo 80x140 cm, wymiary warstwy chłonnej 60x140 cm wzmocnionej na jednej stronie (zamiast 80cm x 145 cm, wymiary warstwy chłonnej 85cmx76cm),
- 2 ręczniki/kompresy,
- 2 fartuchy chirurgiczne wydłużone w rozmiarze XXL.

Pakiet zawiera co najmniej 2 samoprzylepne naklejki – metki z informacjami: indeks wyrobu, nr lot, data, identyfikacja wytwórcy.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1.

Czy Zamawiający w zestawie do artroskopii kolana wymaga 2 szt fartucha chirurgicznego SMMS niewzmocnionego o odporności na przenikanie cieczy 37 cm H₂O?, długość fartuchów 170 cm (+/- 5 cm) ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie do artroskopii kolana serwety na stół Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem 75 x 90 cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 1

W związku z tym, że Zamawiający w toku oceny i wyboru ofert nie punktuje jakości poszczególnych komponentów a próbka ma służyć do weryfikacji poprawności składu zestawu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia próbki niesterylnej.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie do artroskopii kolana, sterylne, wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 4 x ręcznik chłonny

Do zestawu dołączone osobno 2 fartuchy chirurgiczne sterylne w rozmiarze XXL (długość 157cm).

Zestaw zawiera 4 szt etykiet samoprzylepnych do archiwizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Gramatura 62g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- | | |
|---|--------------|
| ☐ 1 serweta na stół instrumentariuszki | 150 x 190cm; |
| ☐ 2 włókninowe OP taśmy | 10 x 50cm; |
| ☐ 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką | 35 x 80cm; |
| ☐ 1 serweta na stół Mayo | 80 x 145cm; |
| ☐ 1 serweta | 100 x 150cm; |
| ☐ 1 foliowa osłona na przewody (złożona teleskopowo) | 15 x 250 cm; |
| ☐ 1 serweta główna 200x 300cm z otworem, otoczonym łatą chłonną, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szybownik), zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów | |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 2

Pakiet nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaopierzania obłożenia do biodra o parametrach technicznych zgodnych z opisanymi, gramaturze 55 g/m² i następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wymiar warstwy chłonnej 60cm x 145cm)
- 1 x serweta Protect nieprzylepna 90 x 75 cm
- 2 x serweta Protect Plus przylepna 300 x 170 cm
- 1 x serweta Protect Plus 200 x 260 cm, otwór "U" przylepny 6,5 x 95 cm
- 2 x Foliadress fartuch chirurgiczny Protect wzmocniony XXL
- 1 x OR sticker 6 x 6 cm
- 1 x osłona na kable video 13 x 250 cm
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do biodra o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny
- 1 x wzmocniona serweta na stół Mayo o wymiarach 80cmx140cm, warstwa chłonna 60 x 140 cm
- 2 x taśma samoprzylepna
- 1 x serweta operacyjna wzmocniona, o wymiarach 170cm x 240cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

Do zestawu dołączone osobno: sterylne fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL, fartuch chirurgiczny XL.
Na opakowaniu 4 szt etykiet samoprzylepnych do archiwizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający w zestawie do operacji biodra wymaga 1 szt fartucha chirurgicznego SMMS wzmocnionego od wewnątrz na przodzie i na rękawach laminatem 2- warstwowym 40 g/m², o długości 150 cm (+/- 5 cm), poszerzonego, o obwodzie w klatce piersiowej 190 cm oraz 1 szt fartucha chirurgicznego SMMS wzmocnionego od wewnątrz na przodzie i na rękawach laminatem 2- warstwowym 40 g/m², o długości 150 cm (+/- 5 cm), odporność na przenikanie cieczy w miejscach wzmocnienia > 150 cm H₂O ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra zgodnego z OPZ z tą różnicą, że:

- serweta na stół Mayo 80 x 145 cm posiada wzmocnienie 75 x 90 cm
- serweta dolna 225 x 280 cm z wycięciem „U” 10 x 100 cm posiada wzmocnienie 100 x 50 cm
- serweta górna z wycięciem „U” 45 x 65 cm posiada wzmocnienie 25 x 60 cm
- na opakowaniu zewnętrznym zestawu 4 naklejki transferowe z danymi producenta, nazwą zestawu, nr REF, nr LOT i datą ważności

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 1

W związku z tym, że Zamawiający w toku oceny i wyboru ofert nie punktuje jakości poszczególnych komponentów a próbka ma służyć do weryfikacji poprawności składu zestawu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia próbki niesterylnej.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2 poz. 1** –

Zestaw obłożenia do biodra składający się minimum z :

- serwety na stół instrumentariuszki 140-150 cm x 190 cm
- 4 ręczników,
- serweta na stół Mayo 80x140 cm, wymiary warstwy chłonnej 140x60 cm lub 100x70 cm wzmocnionej na jednej stronie zamiast 80 cm x 145 cm (wymiar warstwy chłonnej 85 x 76 cm),
- 2-6 taśm samoprzylepnych,
- serwety operacyjnej 150 cm x 150-200 cm,
- osłony ortopedycznej na kończynę 32-37 cm x 110-120 cm,
- serwety samoprzylepnej z wycięciem „U” (wzmocnienie - 200-240 cm x 260-280 cm),
- serwety górnej (wzmocnienie 150-225 cm x 240-300cm),
- fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL, fartuch chirurgiczny szeroki XL.

Wszystkie serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 56 g/m². Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795. Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Pozostałe parametry w granicach określonych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2 poz. 1,2** –

Dotyczy: - serweta na stolik Mayo 80x140 cm, wymiary warstwy chłonnej 140x60 cm wzmocnionej na jednej stronie zamiast 80 cm x 145 cm (wymiar warstwy chłonnej 85 x 76 cm). Pozostałe parametry w granicach określonych przez Zamawiającego.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2 poz. 1,2** –

Dotyczy: - serweta na stolik Mayo 80x140 cm, wymiary warstwy chłonnej 100x70 cm wzmocnionej na jednej stronie zamiast 80 cm x 145 cm (wymiar warstwy chłonnej 85 x 76 cm). Pozostałe parametry w granicach określonych przez Zamawiającego.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2 poz. 1,2** –

Dotyczy: - serweta na stolik Mayo 80x140 cm, wymiary warstwy chłonnej 75x70 cm wzmocnionej na jednej stronie zamiast 80 cm x 145 cm (wymiar warstwy chłonnej 85 x 76 cm). Pozostałe parametry w granicach określonych przez Zamawiającego.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Osłona Mayo ze wzmocnieniem
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Gramatura 62 g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- ☐ 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm; ☐
- 2 OP Taśmy 10 x 50cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm;
- 1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia .

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Osłona Mayo ze wzmocnieniem □ Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Gramatura 62g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- 2 OP taśmy 10 x 50cm,
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 90cm
- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- 1 serweta główna 230cm x 320cm z samouszczelniającym otworem (ø 7cm), dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 50cm (część krytyczna pola operacyjnego), dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 2, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do operacji na kończynie o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 3

Pakiet 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnego zestawu o poniższym opisie

Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia_serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm ze wzmocnieniem
- 1 serweta główna w kształcie litery T o wym. 200/250x315cm, przylepnym oknem 28x12x18cm otoczonym folią chirurgiczną i z torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi
- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm .

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z EN 13795.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:

1 taśma przyklepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Laminat dwuwarstwowy PP+PE (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33µm + chłonna włóknina polipropylenowa). Gramatura 60g/m²

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 3, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do cesarskiego cięcia, wykonany z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², zapakowany w opakowanie TYVEC, z 4 szt etykiet samoprzylepnych do archiwizacji. Skład:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm, w górnej części każdej ścianki torby usztywnienie do formowania torby, po dwa porty do odsysania treści po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm, wykonana z włókniny spunlace o gramaturze 80g/m², kolor biały
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, włókninowy
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Osłona Mayo ze wzmocnieniem
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Gramatura 83g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka 80 x 80cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;
- 1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (sztywnik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 3 –**

Zestaw do cięcia cesarskiego zawierający minimum:

1. Serwetę o wymiarach co najmniej 300 x 200 cm z otworem o wymiarach 25x30 cm (zamiast 25 x 35 cm (+-2cm)) wypełnionym folią chirurgiczną, z workiem na płyny o wymiarach 70-80x100 cm z usztywnionym brzegiem, z kranikiem do przechwytywania płynów
2. Serwetę dla noworodka o wymiarach 70x80 cm, miękka, wykonana z nietkanej włókniny zatrzymującej ciepło i dobrze układającej się włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 45 g/m², kolor biały, wolną od formaldehydu,
3. Serwetę 150cm x 190cm, wzmocnioną, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 59 g/m²
4. Serwetą na stolik Mayo 80x140 cm (zamiast 80cm x 145cm)- 1 szt.
5. Ręczniki – 4 szt.
6. Taśmę lepłą 10x50 cm - 1 szt.

Jednorazowy, sterylny Zestaw do obłożenia pola operacyjnego cięcia cesarskiego o gramaturze od 45 g/m², wykonane z włókniny czterowarstwowej paroprzepuszczalnej, oddychającej typu SMMS. Zestaw zapakowany w torbę typu papier -folia. Zawiera przynajmniej 2 samoprzylepne naklejki – metki z informacjami : indeks wyrobu, nr lot, data, identyfikacja wytwórcy.?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 4

Pakiet nr 4, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 90 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 5

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Gramatura 83 g/m² Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Zgodność z normą PN-EN 13795


Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm
- 1 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm
- 1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x200cm z otworem z osłoną na palec do badania per rectum; otwór o średnicy 6 cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; otwór samoprzylepny w rozmiarze 6 x 8cm
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 5, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów urologicznych TUR, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², dolna część serwety wykonana z folii PE, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta zabiegowa o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczy 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów ze sztywnikiem, filtrem i końcówką odpływową
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm



Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Jałowy zestaw do zabiegów urologicznych serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².

Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 serweta do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wym. 200/260x185 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 7 cm), otwór na prącie(7x10 cm) i osłonę na palec do badania per rectum (Ø 3 cm).. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i zaworem spustowym.
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność normą z **EN 13795**.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 5 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby rozmiar torby do zbierania płynów w serwecie głównej wynosił 56cm x 90cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 5 po. 2:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia zgodnego z opisem, ale serweta na stół instrumentariuszki ma rozmiar 150cm x 190cm (zamiast 150cm x 200cm)?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 5 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby rozmiar worka do zbiórki płynów w serwecie głównej wynosił 47cm x 70cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 5 poz. 2 –**

Sterylnie obłożenie do PCNL wykonane z minimum 2 warstw, laminowane na całej powierzchni, o gramaturze min. 55 g/m² zawierający minimum:

- serwetę o wymiarze min. 170 x 300 cm z otworem o wymiarach 22x22 cm (zamiast 15 x 20 cm) otoczonym taśmą lepłą, serweta z workiem do zbiórki płynów,
- serwetę 150 x 190-200 cm wzmocnioną, przeznaczoną jako przykrycie na stół instrumentalny.

Każdy zestaw musi posiadać informację o nazwie producenta, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta,

- zestaw spełniający normy EN 13795-1,2,3

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 5 poz. 2 –**

Sterylnie obłożenie do PCNL wykonane z minimum 2 warstw, laminowane na całej powierzchni, o gramaturze min. 55 g/m² zawierający minimum:

- serwetę o wymiarze min. 170 x 300 cm z otworem o wymiarach 15 x 20 cm otoczonym taśmą lepłą, serweta z workiem do zbiórki płynów.

Pozostały skład i parametry w granicach określonych przez Zamawiającego.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Gramatura 83 g/m²
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentalny 150 x 190cm;
- 1 serweta o wymiarach 180cm x 300cm, z otworem 15x20cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany zbiornik w kształcie trójkąta do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szybownik) oraz zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka, dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 5, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści sterylnie obłożenie do PCNL, wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m². O składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 5 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Jałowy zestaw do PCNL_serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 56 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 285 cm H₂O, odporność na rozrywanie – min. 315 kPa.

Skład :

- 1 serweta do PCNL 200x300cm z otworem samoprzylepnym 20x23 cm i workiem do zbierania płynów 60x120cm

- serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zgodność z normą **EN 13795**

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 7

Pakiet nr 7:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta do laparoskopii Protect Plus 250 x 310 cm, otwór 32 x 28 cm (folia operacyjna na brzegach otworu), kieszenie wbudowane obustronnie. Bez osłon na kończyny

1 x organizator przewodów 3,8 x 13,3 cm

1 x pojemnik plastikowy 60 ml (5 x 5 cm), z podziałką czerwony

1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm, niebieskie

1 x osłona na kable video 13 x 250 cm, PE, prowadnica tekturowa, teleskopowe złożenie, jedna taśma do mocowania

4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), z podziałką przezroczysty?

Gramatura materiału z którego wykonane jest obłożenie wynosi 55g/m², gramatura materiału w obszarze wzmocnienia w serwecie głównej – 110 g/m². Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 7** –

Jednorazowe, sterylne obłożenie pola operacyjnego do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym wykonane z minimum 2 warstw o gramaturze materiału min. 59 g/m² (zamiast ściśle określonej gramatury 56 g/m²), posiadające dodatkowe wzmocnienia wokół pola operacyjnego o gramaturze min. 80 g/m², (zamiast ściśle określonej gramatury 80g/m²) zintegrowana z organizatorami przewodów.

W skład zestawu wchodzi minimum:

1. serweta na stolik narzędziowy od 140 x 190 cm ze wzmocnieniem,
2. obłożenie stolika Mayo 80x140 cm ze wzmocnieniem (zamiast 80 x 145 cm ze wzmocnieniem),
3. serweta do zabiegów laparoskopii od 300 x 250- 270 cm (okno 25 x 30-32 cm), zintegrowana z osłonami na kończyny
4. taśma samoprzylepna typu rzep 2,5 x 22 cm (zamiast 2cm x 22 cm) ,
5. taśma lepna 10x50cm włókninowa wykonana z włókniny min. 60 g/m²,
6. osłona z folii PE na przewody medyczne o wymiarach 14x 250cm, wyposażona w perforowaną końcówkę i kartonik ułatwiający założenie kamery, z dwoma taśmami lepnyymi,

7. 2 ręczniki.

Zestaw spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795, posiada 4 etykiety samoprzylepne z min. datą, numerem ref, numerem serii, danymi wytwórcy, kodem kreskowym.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Jałowy zestaw do laparoskopii, wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 serweta o wym. 200/260x300cm (wzmocnienie min. 50x80 cm) z samoprzylepnym oknem i dwiema przezroczystymi dwukomorowymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm.
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw musi być zapakowany w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z **EN 13795**.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakiet 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczoowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m²

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 7, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej obłożenia pola operacyjnego do laparoskopii, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 4 x ręcznik chłonny

Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym zgodnego z OPZ z tą różnicą, że:

- serweta do zabiegów laparoskopii 260 x 310 cm posiada otwór 28 x 32 cm, z laminatu dwuwarstwowego min. 57,4 g/m² z dodatkową wzmacniającą łatą chłonną wokół otworu o gramaturze 50 g/ m²- łączna gramatura w miejscu wzmocnienia min. 109 g/ m². Serweta posiada wbudowane osłony na kończyny oraz 4 podwójne zintegrowane uchwyty do mocowania przewodów i drenów
- taśma typu rzep ma wymiar 2,5 x 20/ 24 cm
- taśma włókninowa samoprzylepna 9 x 50 cm gramatura 108 g/ m²
- osłona z folii na przewody ma wymiar 15 x 250 cm

Na opakowaniu zewnętrznym zestawu 4 naklejki transferowe z danymi producenta, nazwą zestawu, nr REF, nr LOT i datą ważności. @ z nich posiadają kod kreskowy EAN, pozostałe 2 naklejki posiadają kod QR.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 7

W związku z tym, że Zamawiający w toku oceny i wyboru ofert nie punktuje jakości poszczególnych komponentów a próbka ma służyć do weryfikacji poprawności składu zestawu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia próbki niesterylnej.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 8

Pakiet nr 8, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wykonanego z celulozy laminowanej folia o gramaturze 40g/m² wzmocnionego 8 nitkami w jednym rozmiarze 80x210cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wykonanego z celulozy laminowanej folia o gramaturze 40g/m² wzmocnionego 48 nitkami w jednym rozmiarze 80x210cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu nieprzemakalnego w rolce wykonanego z celulozy laminowanej termicznie folią PE, z perforacją co 38cm, w rozmiarze 58cm x 50m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, poz. 3, 4 – Czy Zamawiający dopuści klapki włókninowe jednorazowego użytku dla pacjentów, stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 90 g/m² część spodnia i 30 g/m² część górna. Wymiary 28cm x 12cm, Kolor biały, niejałowe. Pakowane po 50 par?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, poz. 3, 4 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50 par z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 11

Pakiet nr 11, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro 2.959 I_B w strefie krytycznej, oraz o czystości mikrobiologicznej 48 CFU/100 cm² w strefie krytycznej i 58 CFU/100 cm² w strefie mniej krytycznej (zgodnie z wymaganiami normatywnymi dla tego parametru ≤ 300 CFU/100 cm²)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 11, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z mankietem o długości 7,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 11, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ze wzmocnieniem z dwuwarstwowego lamiantu (folia PE oraz włóknina PP) w części przedniej oraz na rękawach o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 11, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o paroprzepuszczalności w strefie nie wzmocnionej 6200g/m²/24h?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 11, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów dostępnych w rozmiarach i długościach: M-124 cm, L-128 cm, XL – 138 cm, XXL – 157 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie fartucha: Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej o następujących parametrach: gramatura min. 68 g/ m² Wytrzymałość na rozrywanie - sucho/ mokro min. 230/180 kPa , czystość mikrobiologiczna ≤ 100 CFU/100 cm² na całej powierzchni, nieprzemakalność w strefie wzmocnionej min. 119 cm H₂O, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy z elastycznym poliestrowym mankietem o długości min ok.8 cm., ze wzmocnieniami z laminatu dwuwarstwowego chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów w przedniej części oraz w rękawach. Gramatura łączna fartucha w części wzmocnionej: 108 g/m². Paraprzepuszczalność: 6400g/m²/24h. Fartuch z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk zawinięty w papier, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem. Dostępne rozmiary: S/M 120 cm, L 130 cm, XL 150 cm, XL long 170 cm, XXL large 150 cm. dla operatorów o dużych gabarytach.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 11, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ze wzmocnieniem z dwuwarstwowego lamiantu (folia PE oraz włóknina PP) w części przedniej oraz na rękawach o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 11, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o paroprzepuszczalności min. 4389g/m²/24h?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 11, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów dostępnych w rozmiarach i długościach: M-124 cm, L-128 cm, XL – 138 cm, XXL – 157 cm, XXXL – 170 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie fartucha: Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur „mokrych”, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min 35 g/m²; ze wzmocnieniami z laminatu dwuwarstwowego z przodu i na rękawach o gramaturze min. 40 g/m². Paraprzepuszczalność na poziomie MVTR min.5711 g/m²/24h. Rozmiary: S/M 120 cm, L 130 cm, XL 150 cm, XL long 170 cm, XXL large 150 cm. dla operatorów o dużych gabarytach. Pozostałe parametry zgodne z OPZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 11 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści • Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepyłającej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, wzmocniany

nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach, gramatura wzmocnienia 40g/m²

- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora

- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem

. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapinanie na rzep

- Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem

- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową

- Zgodność z normą EN-13795 1-3

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści rozmiary L-127 cm, XL-135 cm, XXL-140 cm, XXXL-145 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga fartucha niepalnego (w I klasie palności) i odpornego na działanie/przenikanie alkoholi?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 12

Pakiet nr 12:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego zgodnego z opisem, ale wymiar warstwy chłonnej w serwecie na stolik Mayo wynosi 60cm x 145cm? Pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 12** – Dwuwarstwowy, jałowy, jednorazowy Zestaw uniwersalny, dotyczy:

- serwetę na stół Mayo 140 x 80 cm ze wzmocnieniem (wymiar warstwy chłonnej 100x70 cm) zamiast 145cm x 80 cm ze wzmocnieniem (wymiar warstwy chłonnej 85cmx76 cm).

Pozostały skład i parametry w granicach określonych przez Zamawiającego.?

Odpowiedź: Dopuszczamy serwetę na stół Mayo 140 x 80 cm ze wzmocnieniem (wymiar warstwy chłonnej 100x70 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 12** – Dwuwarstwowy, jałowy, jednorazowy Zestaw uniwersalny, dotyczy:

- serwetę na stół Mayo 140 x 80 cm ze wzmocnieniem (wymiar warstwy chłonnej 140x60 cm) zamiast 145cm x 80 cm ze wzmocnieniem (wymiar warstwy chłonnej 85cmx76 cm).

Pozostały skład i parametry w granicach określonych przez Zamawiającego.?

Odpowiedź: Dopuszczamy serwetę na stół Mayo 140 x 80 cm ze wzmocnieniem (wymiar warstwy chłonnej 140x60 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 12** – Dwuwarstwowy, jałowy, jednorazowy Zestaw uniwersalny, dotyczy:

- serwetę na stół Mayo 140 x 80 cm ze wzmocnieniem (wymiar warstwy chłonnej 75x70 cm) zamiast 145cm x 80 cm ze wzmocnieniem (wymiar warstwy chłonnej 85cmx76 cm).

Pozostały skład i parametry w granicach określonych przez Zamawiającego.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie w **Pakiecie nr 12** –

Dwuwarstwowy, jałowy, jednorazowy zestaw uniwersalny, o gramaturze od 55 g/m²- 60 g/m² wykonany z włókniny, z jednej strony posiadający folię polietylenową, zabezpieczającą przed przesiąkaniem, z drugiej strony chłonną włókniną polipropylenową, odporny na rozdzielanie, zawierający minimum:

- serwetę 240 -250cm x 150-180cm z przylepcem,
- serwetę 170- 180cm x 170 -200cm z przylepcem,
- dwie serwety 90cm x 75-80/90 cm z przylepcem,
- serwetę na stół instrumentalny 190cm x 140- 150cm,
- serwetę na stół Mayo 140x80 cm ze wzmocnieniem wymiar warstwy chłonnej min. 75x70 cm (zamiast 145cm x 80 cm ze wzmocnieniem (wymiar warstwy chłonnej 85cmx76 cm),
- serwetki do rąk – minimum 2 szt.

Na opakowaniu znajduje się min. 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet z laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Zestaw w składzie z czerwoną osłoną na stół Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x85cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób zapewniający aseptyczną aplikację

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + włóknina

polipropylenowa) na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m². . Na opakowaniu minimum 4

repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz

informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania

umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 12, poz.1


Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z OPZ, z tą różnicą, że serweta na stolik Mayo posiada wzmocnienie w rozmiarze: 75 x 90 cm. Na opakowaniu jednostkowym min. 2 naklejki transferowe.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści :

Zestaw uniwersalny 1



- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Osłona Mayo ze wzmocnieniem
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Gramatura 62g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
- 4 ręczniki 30 x 40

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 12, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik Mayo o wymiarze warszy chłonnej 85 x 60cm? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z opisem.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 13

Pakiet nr 13, poz. 2 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli maskę mocowaną na gumki (nie związaną na gumki).

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli maskę mocowaną na gumki.

Pakiet 13, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, poz. 3-6

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe po 100 szt. czepka zapewniające higieniczne przechowywanie?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 13,poz. 3

Czy zamawiający dopuści włókninę PP, nieperforowaną, o gramaturze min. 25 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający dopuści czepkę typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepki ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, poz. 5

Czy zamawiający dopuści czepkę typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepki ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, poz. 6

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z łamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający dopuści czepek bez możliwości wywinięcia?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 13, poz. 4

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 10 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, poz. 9

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykonane z niebieskiej folii PE teksturowanej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym – długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok. 40 cm, głębokość 16 cm, o grubości 2 g?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 14

Pakiet nr 14, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłon z włókniny SMS 50g/m², w rozmiarze 70 x 120 cm? Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 14, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłon z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m², pakowanych a'1 szt? Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 14, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 14, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 45g, spełniająca pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 45 x 75 cm z centralnym regulowanym otworem przylepnym o wymiarach 6 x 8 cm (serweta składa się z dwóch części). Serweta o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 14, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu higienicznego o wymiarach wkładu chłonnego 78 x 55 cm, chłonność 1177 ml, pakowane a'25 szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 14, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego w rozmiarze 60x180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Chłonność min. 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Pakowany a'56 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 14, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego w rozmiarze 100 x 225 cm, z wkładem chłonnym 50 x 208 cm, chłonność 3820,18ml, opakowanie 10 szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 15

Pakiet nr 15, poz. 1,2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety operacyjnej z dwuwarstwowego lamianatu o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 15, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 75 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 15, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 x 45 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 15, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą foliowaną 50cm x 75cm z otworem 7cm, bez rozcięcia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 15, poz. 3, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w opakowanie typu folia-papier wraz z dodatkowo dodaną do zestawu miseczką na płyn dezynfekcyjny?

Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 15, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w opakowanie typu folia-papier?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 15, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony w rozmiarze 250 x 14 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 15, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony w rozmiarze 250 x 16 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 15, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przescieradła pakowanego a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy ww. pakowanie.

PAKIET NR 17

1. Dot. pakietu 17 poz. 1

Czy ze względu na niepodzielne opakowania handlowe producenta zawierające 12 szt., Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie oferowanej ilości w dół do 96 szt. lub w górę do 108 szt.? Prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zaoferowanie opakowań po 12 szt. z zaokrągleniem oferowanej ilości do pełnego opakowania w górę.

2. Dot. pakietu 17 poz. 2

Czy ze względu na niepodzielne opakowania handlowe producenta zawierające 12 szt., Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie oferowanej ilości w dół do 48 szt. lub w górę do 60 szt.? Prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zaoferowanie opakowań po 12 szt. z zaokrągleniem oferowanej ilości do pełnego opakowania w górę.

3. Dot. pakietu 17 poz. 3

Czy ze względu na niepodzielne opakowania handlowe producenta zawierające 12 szt., Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie oferowanej ilości w dół do 24 szt. lub w górę do 36 szt.? Prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zaoferowanie opakowań po 12 szt. z zaokrągleniem oferowanej ilości do pełnego opakowania w górę.

PAKIET NR 18

uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Pakiet 18: Zestaw do śródoperacyjnego szynowania moczowodów Mono-J z cewnikiem o dł. 70 cm,

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 18

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o długości cewnika 70 cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

1. Czy Zamawiający w Pak 18 oczekuje w komplecie 3 sztuk samoprzylepnych etykiet do dokumentacji?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 19

1. Czy Zamawiający w pak 19 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik moczowodowy, typu Double J, drut prowadzący, przepychacz, CH 4,8 dł. 26- 28 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający w pak 19 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik Malecot, j. użytku, sterylny, z 2 lub 4 otworami, wykonany z latexu?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający wydzieli z Pak 19 poz 1,2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 19

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie Cewnik moczowodowy, typu Double J, drut prowadzący, popychacz CH 4,8 dł. 26-28 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie Cewnik Malecot, j. użytku, sterylny, z wężem, wykonany z vorteku w rozmiarach od 14 – 20 ch długości 55 cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 20

2. Czy Zamawiający w pak 20 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4.8Ch spełniający wymogi: widoczny w promieniach Rtg, drenaż do 12 mies., cewnik o śr. 4.8Ch oraz dł. 26, 28, 30 cm (do wyboru przez Zamawiającego), system cewnika otwarty-otwarty, zestaw zawierający popychacz o dł. 45 lub system cewnika otwarty-zamknięty, zestaw zawierający popychacz o dł. 90 cm o dł. 26, 28cm i prowadnicę o śr. 0.035" i dł. 150 cm powleczoną teflonem z giętkim zakończeniem, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 1,4 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia, z zaciskiem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający w pak 20 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4.8Ch spełniający wymogi: sterowalny, widoczny w promieniach Rtg, drenaż do 12 mies., cewnik o śr. 4.8Ch oraz dł. 26, 28, 30 cm (do wyboru przez Zamawiającego), system cewnika otwarty-otwarty, zestaw zawierający popychacz o dł. 45 lub system cewnika otwarty-zamknięty, zestaw zawierający popychacz o dł. 90 cm o dł. 26, 28cm i prowadnicę o śr. 0.028" i dł. 150 cm powleczoną teflonem z giętkim zakończeniem, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 1,4 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia, z zaciskiem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

4. Czy Zamawiający w pak 20 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4Ch spełniający wymogi: widoczny w promieniach Rtg, drenaż do 12 mies., cewnik o śr. 4Ch oraz dł. 18, 20, 22 cm (do wyboru przez Zamawiającego), system cewnika otwarty-otwarty, zestaw zawierający popychacz o dł. 45 i prowadnicę o śr. 0.028" i dł. 150 cm powleczoną teflonem z giętkim zakończeniem, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 1,4 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia, z zaciskiem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5. Czy Zamawiający w pak 20 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania moczowodów pediatryczny typu Double-J 3 Ch: widoczny w promieniach Rtg, drenaż do 12mies., cewnik o śr. 3Ch oraz dł. 12-22cm (do wyboru przez Zamawiającego), otwarty-otwarty, popychacz o dł. 45cm, prowadnica o śr. 0.018" i dł. 150cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem, średnica pętli

pęcherzowej i nerkowej 1,4 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 1cm dla dokładnego umiejscowienia ,z zaciskiem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

6. Czy Zamawiający w pak 20 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J standardowy, może być stosowany do ESWL/RIRS widoczny w promieniach Rtg,drenaż do 12 mies., cewnik o śr. 7Ch oraz dł. 26, 28, 30 cm, otwarty-otwarty(do wyboru przez Zamawiającego), popychacz o dł. 45cm, prowadnica o śr. 0.035" i dł. 150 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia, z zaciskiem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

7. Czy Zamawiający w pak 20 poz 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4,8 Ch zawierający cewnik o śr. 4,8 Ch oraz dł. 26, 28 cm, system cewnika otwarty-otwarty, popychacz o dł. 45cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

8. Czy Zamawiający wydzieli z pak 20 poz 4 lub 4, 5?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 21

Pakiet 21

Prosimy o dopuszczenie :

Poz.1

Koszyczek dormia do uwalniania złogów

automatyczna rękojeść, ze zdejmowanym uchwytem przeznaczony do półsztywnej i

sztywnej ureteroskopii rozmiar 3Fr: 4 druty ułożone skrętnie , bez filiformu, dł. 90 cm. Koszyczek 14 mm.

Wykonany z Nitinolu

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 2

Ekstraktor kamieni typu Notip , wykonany z nitinolu,4 skręcone druty, z zdejmowalnym 1, uchwytem, sterylny, jednorazowego użytku, dł. 120 am, rozmiar 1,5 FR

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 21, poz. 2: Ekstraktor kamieni Tipless wykonany z nitinolu, z prostymi drutami o śr. 1.9 Ch.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 21

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 21, poz. 2 ekstraktora kamieni wykonanego z nitinolu, o konfiguracji helikalnej, 4 - drutowego, z rozbieranym uchwytem, sterylny, jednorazowego użytku, dł. 110 cm zamiast 120 cm, w rozmiarze 2.4 FR, zamiast 1,8 FR

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 22

1. Czy Zamawiający w pak 22 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Prowadnik prosty sztywny z elastyczną końcówką, z powłoką hydrofilną dł. 150cm. średnica 0,035 cala widoczny w promieniach rtg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający w pak 22 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Prowadnik prosty sztywny z elastyczną końcówką, ze stali nierdzewnej dł. 120cm. średnica 0,035 cala widoczny w promieniach rtg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 24

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 24 poz. 1 i dopuści:

Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała. Wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, rozmiar 34cm x 40cm, gramatura 70g/m², grubość 0.40mm, opakowanie po 200 sztuk, zamknięte w folię z nadrukowanymi danymi: rozmiarem, gramaturą, nazwą producenta.

lub

Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała. Wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, rozmiar 34cm x 30cm, gramatura 70g/m², grubość 0.40mm, opakowanie po 100 sztuk, zamknięte w folię z nadrukowanymi danymi: rozmiarem, gramaturą, nazwą producenta.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści ściereczki wykonane z Airlaid, w rozmiarze 30x33 cm, o gramaturze 50g/m², na opakowaniu nazwa producenta oraz rozmiar?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 24 poz. 2 i dopuści:

Jednorazowe ręczniki do osuszania ciała. Wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o nie tłoczonych powierzchni, bardzo dobra absorbcja wody. Gramatura materiału - 70g/m². Rozmiar 34cm x 40cm. Opakowanie po 200 sztuk w rolce, możliwość odrywania z rolki co 2 lub 3 listki dzięki perforacji= możliwość dostosowania wielkości ręcznika do aktualnej potrzeby.

lub

Jednorazowe ręczniki do osuszania ciała. Wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o nie tłoczonych powierzchni, bardzo dobra absorbcja wody. Gramatura materiału - 70g/m². Rozmiar 34cm x 30cm. Opakowanie po 100 sztuk w rolce, możliwość odrywania z rolki co 2 lub 3 listki dzięki perforacji=możliwość dostosowania wielkości ręcznika do aktualnej potrzeby.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 24, poz. 1-3– Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 24, poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga aby myjka była produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 24, poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga aby czystość mikrobiologiczna potwierdzona była badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* oraz *Escherichia coli*?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści myjki w postaci prostokątnej rękawicy nasączone jednostronnie środkami myjącymi, rozmiar 17x24,5cm, gramatura 100g/m² (część przednia) oraz 70g/m² (część tylna), pakowane po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści gąbki nasączone 20ml roztworem glukonianu chlorheksydydy, rozmiar 10x10x2,5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 4 – Czy zamawiający odstąpi od wymogu „zarejestrowana jako wyrób medyczny”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 24, poz. 5 – Czy Zamawiający wymaga aby substancja myjąca w gąbce zawierała wyciągi z roślin?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 24, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne gogle wykonane z przezroczystego poliwęglanu, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 24, poz. 7 – Czy Zamawiający wymaga aby podkład chłonny posiadał superabsorbent zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 24, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60x90?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 24, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści podkład o chłonności 800ml?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

PAKIET NR 27

Pakiet 27

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 27, poz. 3 zestawu z igłą 18G/70 mm, bez kaniuli 18G 64mm.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 27, poz. 4 zestawu z cewnikiem wykonanym z poliuretanu pokrytego powłoką hydrofilną o działaniu antyadhezyjnym i atrombogennym, z igłą 18G/70 mm, bez kaniuli 18G 64mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy pakietu 27

1. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, sterylny, składający się z cewnika 8F – 14G, 16G, 18G, 18G o długości 15 lub 20 cm z zaciskami ślizgowymi, przewodnika nitynylowego z końcówką „J” z podziałką długości, rozszerzacz, igły z portem bocznym V 18G/70mm umożliwiającą wprowadzenie przewodnicy Seldingera bez odłączania strzykawki zamiast dodatkowej kaniuli, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, zastawek bezigłowych do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu i poliheksanidyny metakrylatu (posiadający tożsamą powłokę antybakteryjną), sterylny, składający się z cewnika 8F – 14G, 16G, 18G, 18G o długości 15 lub 20 cm z zaciskami ślizgowymi, przewodnika nitynylowego z końcówką „J” z podziałką długości, rozszerzacz, igły z portem bocznym V 18G/70mm umożliwiającą wprowadzenie przewodnicy Seldingera bez odłączania strzykawki zamiast dodatkowej kaniuli, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, zastawek bezigłowych do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 28

1. Dotyczy pakietu nr 28, pozycji nr 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podporę okulistyczną pod głowę o wymiarach 24x22x7 cm?



Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

2. Dotyczy pakietu nr 28, pozycji nr 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podporę okulistyczną pod głowę o wymiarach 22x19x6 cm?



Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 28

poz 1-5

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów wykonanych z medycznego żelu silikonowego lub medycznego żelu silikonowego z rdzeniem z pianki, odpornych na zniszczenie, łatwych w myciu i dezynfekcji, nie higroskopijnych, przeziernych dla promieni RTG, nie odkształcających się i redukujących siły nacisku do bezpiecznego poziomu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz.1

Prosimy o dopuszczenie materaca przeciwodleżynowego pokrywającego $\frac{3}{4}$ stołu operacyjnego z wycięciem w miejscu krocza o wymiarach: 990 x 500 x 10 mm



lub

Prosimy o dopuszczenie materaca przeciwodleżynowego pokrywającego $\frac{3}{4}$ stołu operacyjnego o wymiarach: 1150 x 520 x 10 mm

Odpowiedź: Dopuszczamy materac przeciwodleżynowy pokrywający $\frac{3}{4}$ stołu operacyjnego z wycięciem w miejscu krocza o wymiarach: 990 x 500 x 10 mm. Nie dopuszczamy materaca przeciwodleżynowego pokrywającego $\frac{3}{4}$ stołu operacyjnego o wymiarach: 1150 x 520 x 10 mm.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie krążka pod głowę o wymiarach 200 x 45 mm



Odpowiedź: Dopuszczamy.

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie podkładki pod głowę o wymiarach 264 x 220 x 64 mm, wykonanej z medycznego utrwalonego żelu silikoowego, jak na rysunku poniżej



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie podkładki pod głowę o wymiarach 275x237x90 mm



Odpowiedź: Dopuszczamy.

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie podkowy pod głowę o wymiarach 200x54 mm



lub
200x50 mm



Odpowiedź: Dopuszczamy podkowy pod głowę o wymiarach 200x54 mm. Nie dopuszczamy wymiarów 200x50 mm.

PAKIET NR 29

Pakiet 29

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów o wymiarach 260x200x154 cm wykonanych bazie pianki w pokryciu poliuretanowym, łatwych w myciu i dezynfekcji, niehigroskopijnych, przeziernych dla promieni RTG, nie odkształcających się i redukujących siły nacisku do bezpiecznego poziomu



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów wykonanych z medycznego żelu silikonowego z rdzeniem z pianki, odpornych na zniszczenie, łatwych w myciu i dezynfekcji, niehigroskopijnych, przeziernych dla promieni RTG, nie odkształcających się i redukujących siły nacisku do bezpiecznego poziomu o wymiarach: 280 x 240 x 140 mm lub 273 x 220 x 135 mm



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów bez lustra o wymiarach około 23x23x10cm



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 5

Czy chodzi o pozycjonery przeznaczone do stosowania z regulowaną podstawą opisaną w poz. 4?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów pakowanych indywidualnie z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 24 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy pakietu nr 29, pozycji nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pozycjoner tarczycy na bazie gąbki o wymiarach 48x39x9 cm?



Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 31

Pakiet nr 31, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści koszulę dla położnic w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 31, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści koszulę dla położnic o długości dla rozmiaru S- długość 111 cm, M- długość 114 cm, L- długość 117 cm, XL- długość 117 cm, XXL – długość 120cm, z tolerancją +/- 2cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 31, poz. 1, 2, 6 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 31, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta o długości odpowiednio:

S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	Tolerancja	Jednostka miary
112,5	114,5	116	117	117	118	118	±2	cm

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 31 poz.3

Czy Zamawiający dopuści bluzę wykończoną białą lamówką?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 31 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 31 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiary M-XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31, poz. 4, 5 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 31, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wysokie, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką. Wymiary: wysokość 47cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 31 poz. 5

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiającemu chodziło o takie ochraniacze ?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 31 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze z włókniny PP+PE, wysokie ok. 40 cm , wiązane na troki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 32

Pakiet nr 32, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 180cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 32, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z EVA?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 32, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści filtr o oporze 0,6cmH₂O przy 30l/min oraz martwej 35ml?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 32, pozycja nr 5,6 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby zamawiający wydzielił z pakietu 32 pozycje 5 oraz 6 do osobnego pakietu, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 33

Pakiet 33

Czy żel do cewnikowania ma zawierać szkodliwe parabeny ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakiet 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodorek lidokainy
- 0.250g glukonian chlorohexydy (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu
- 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (11g)?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, sterylny żel z lignocainą w ampułkostrzykawce?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 34

Pytanie nr 1

Pakiet nr 34, Poz. 1

W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę jednostki miary na opakowania i wycenę pozycji pakietu na odpowiednią ilość opakowań.

Tj. 2200szt. = 220 opakowań po 10 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 34 Poz. 2

W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę jednostki miary na opakowania i wycenę pozycji pakietu na odpowiednią ilość opakowań.

Tj. 800szt. = 40 opakowań po 20 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 34 Poz. 3

W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę jednostki miary na opakowania i wycenę pozycji pakietu na odpowiednią ilość opakowań.

Tj. 1000szt. = 50 opakowań po 20 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy opakowania po 10 szt. lub 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

PAKIET NR 35

Pakiet nr 35, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem o długości 120cm, z podziałką co 1 ml do 40 ml, co 5 ml do 100 ml i co 10 ml do 500ml, bez możliwości wymiany worka?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w pak 35 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Sterylny zestaw do godzinnej zbiórki moczu 2000ml: pojedynczy dren 150 cm odporny na załamania; przezroczysta komora o pojemności 500ml, skalowana co 1 ml od 3ml do 55ml, następnie co 5ml do 110ml, natępnie co 10ml do 500ml; rurka przepływowa z zaworem antyreflukcyjnym; z możliwością wymiany worka?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 35

Prosimy o dopuszczenie:

1.Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagłęciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Czy ze względu na profilaktykę zakażeń oddcownikowych system powinien posiadać zastawkę w łączniku do cewnika foleya uniemożliwiającą cofanie się moczu z drenu do pacjenta ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 36

Pakiet nr 36, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 36, pozycja nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 36, pozycja nr 2 - Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 36, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 38

Pakiet nr 38, pozycja nr 2,3 - Czy zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość stosowania łyżek przy rezonansie magnetycznym, potwierdzony pismem producenta”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 39

Dotyczy pakietu 39

1. Czy Zamawiający w poz 1, 2, 6 dopuści igły Tuohy, które mają zamontowane skrzydełka na stałe?
Pozostałe zapisy według specyfikacji.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający w poz 9 dopuści igły o długości 88mm? Pozostałe zapisy według specyfikacji.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający w poz 7 dopuści igły w rozmiarze 25G/ 120mm lub 27G/120mm? Pozostałe zapisy według specyfikacji.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 39, poz. 10 zestawu z igłą z ostrzem Quincke, bez systemu blokującego igłę podpajeczynówkową w igle Tuohy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 41

Pakiet nr 41, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem w kształcie walca?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 41, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem w kształcie walca?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 41, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem w kształcie walca, z dodatkowym drenem o średnicy 4mm +/- 1mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 41, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujący parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechow: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 41, pozycja nr 11 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujący parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechow: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 41, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujący parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechow: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 41, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujący parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechow: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

PAKIET NR 42

Pakiet nr 42, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści maski anestetyczne, w których rozmiar jest oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz opisowo (np. „adult”), z martwą przestrzenią od 25ml dla rozmiaru 0 do 330ml dla rozmiaru 6?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 42, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną niesterylą, w rozmiarze 0-5, dla rozmiaru 0 i 1 bez oznaczenia w postaci kolorowego pierścienia, opisane rozmiarem na korpusie maski (np. Adult M), przestrzeń martwa od 25ml dla rozm. 0 do 242ml dla rozm. 5?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 42 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie maski anestetycznej z niepompowanym mankietem. Korpus maski przeźroczysty, wykonany z polipropylenu, z wytłoczonym oznaczeniem rozmiaru w górnej części maski. Kopuła maski gładka (bez dodatkowych elementów kolorystycznych i wytłoczeń). Mankiet maski wykonany z termoplastycznego elastomeru (TPE), z wewnętrznym żebrowaniem w okolicach nosa pacjenta. Żebrowanie usztywnia mankiet w newralgicznej części zapewniając maksymalną szczelność bez konieczności wywierania dużego nacisku. Mankiety w różnych kolorach, w zależności od rozmiaru maski, dla łatwej identyfikacji. Maska pozbawiona pierścienia mocującego. Złącze 22mm. Maksymalna wewnętrzna objętość maski od 39ml dla rozmiaru 0, do 216 dla rozmiaru 6. Mikrobiologicznie czysta. Nie zawierająca PCV oraz ftalanów. Pakowana w folię. Na opakowaniu informacje dot. CE, rozmiaru oraz terminu przydatności?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 42, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści sterylny dren?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 42 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski w jednym, uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych? Dzięki specjalnej budowie elastycznego mankieta maskę łatwo jest dopasować do różnego typu twarzy. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 42, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści sterylną maskę?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 47

Pakiet nr 47, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe wygięte łukowato?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 47, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe w rozmiarach 3, 4, 5?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 47, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe wygięte łukowato, w rozmiarach 3, 4, 5?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 47, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe w rozmiarach 3, 4, 5?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

PAKIET NR 48

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 48 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi o średnicy 13 Fr i długości 30 cm?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w pakiecie 48 pozycja 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 50

Pakiet nr 50, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie, posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, o grubości na palcu 0,23mm, na mankiecie 0,16mm, o długości 278-290mm dopasowana do rozmiaru, pakowane po 50 par?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 50

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne, neoperenowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,20-0,21 mm, grubość na dłoni 0,18-0,19 mm, na mankiecie 0,15-0,16 mm. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 303 mm . Opakowanie zbiorcze 50 par. Rozmiar 6.0 -9.0.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PYTANIA DO PROJEKTÓW UMÓW:

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1-4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1) 0,1 % wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 2 ust. 2;

2) 0,5 % wartości brutto Towarów objętych Zamówieniem, w stosunku do którego doszło uchybieniu Umowie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w:

a) § 3 ust. 2,

b) § 3 ust. 10 pkt 1,

c) § 3 ust. 10 pkt 2; jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówienia którego dotyczą powyższe uchybienia

3) 0,5 % wartości brutto Towarów objętych Zamówieniem, w stosunku do którego doszło uchybieniu Umowie, za każdy przypadek niezrealizowania dostawy Towarów w terminie, w tym również w przypadku odmowy przyjęcia dostawy Towarów zgodnie z § 3 ust. 9; ; jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówienia którego dotyczą powyższe uchybienia

4) 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis w § 3 ust. 10 pkt 2 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 6A do SWZ otrzymuje brzmienie:

„1) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni, a następnie w ciągu 48 godzin w dni robocze, dostarczenia Towaru wolnego od wad.”

4. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 7 o treści:

"Ustępy od 1 do 6 paragrafu 7 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetyczną sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustępu 7 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1 % kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

5. Czy nieograniczona odpowiedzialność, o której mowa w § 2 ust. 3 wzoru umowy, oznacza odpowiedzialność na zasadach Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń umownych?

Treść § 2 ust. 3 wzoru umowy jest niezrozumiała i wymaga doprecyzowania.

Odpowiedź: Bez ograniczeń umownych.

6. O jakich elementach koniecznych do wykonania procedury jest mowa w § 4 ust. 5 wzoru umowy? O jakim oszacowaniu ilości jest mowa w § 4 ust. 5 wzoru umowy? Czy Zamawiający oczekuje, że dostawy towarów będą zawierały inne elementy lub ilości, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia? Czy obciążenie kosztami, o którym mowa w § 4 ust. 5 wzoru umowy, dotyczy wyłącznie przypadków dostaw niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia?

Treść § 4 ust. 5 wzoru umowy jest niezrozumiała i wymaga modyfikacji.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

7. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”*?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

8. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”*?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

9. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie *„0,1% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,”* zostało zastąpione wyrażeniem *„0,1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”*?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

10. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy wyrażenie *„10% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,”* zostało zastąpione wyrażeniem *„10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”*?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

11. Dot. umowy paragraf 10 Zwracamy uwagę, iż postanowienia §10 ust. 1 pkt. 1 - 6 są niezgodne z treścią art. 433 pkt. 1) ustawy PZP, który wprost wskazuje na zakaz stosowania kar umownych z tytułu opóźnienia. Wobec powyższego zwracamy się z wnioskiem o modyfikację poprzez każdorazowe zastąpienie "opóźnienia" na "zwłokę".

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w §10 ust. 1 pkt. 1 - 6 projektu umowy (Załącznik nr 6B do SWZ) poprzez zastąpienie słowa „opóźnienia” na „zwłokę”. W załączeniu do niniejszego pisma Załącznik nr 6B do SWZ - Projekt umowy po zmianach (Pakiety nr 25, 26).

12. Dot. umowy paragraf 16 ust. 3 Prosimy o sprostowanie i wskazanie właściwej ustawy tj. z dnia 11 września 2019 roku.

Odpowiedź: Zapis w § 16 ust. 3 projektu umowy (Załącznik nr 6B do SWZ) otrzymuje brzmienie: *„W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.”*

13. Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 10 projektu umowy poprzez wydłużenie terminów realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. **UZASADNIENIE** Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 353¹ KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. **KIO 487/14** podobnie **KIO 897/15** oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. **II Ca 450/14**).

Odpowiedź: Zapis w § 3 ust. 10 pkt 2 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 6A do SWZ otrzymuje brzmienie:

„1) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni, a następnie w ciągu 48 godzin w dni robocze, dostarczenia Towaru wolnego od wad.”

14. Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie kar umownych nim przewidzianych odpowiednio do wysokości:

- a. 0,1% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 1);
- b. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy przypadek niezrealizowania dostawy w pkt 3);
- c. 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w pkt 4).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

15. Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 2 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z orzecnictwem kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

16. Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

17. Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „*W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.*” **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

18. Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 8 o treści: „*Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.*” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

19. Wnosimy o modyfikację § 12 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „*z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

20. Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 7 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części

umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

21. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek wymagana temperatura wynosi 10-35°C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

22. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

23. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

24. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

II. Zmiana treści SWZ:

1. Zmianie ulega zapis w Załączniku nr 2 do SWZ - Formularzu Ofertowym (pkt. 7 i 8):

- W Pkt. 7 - zamiast „Załącznik nr 7A” - powinno być: „Załącznik nr 6A”;
- W Pkt. 8 - zamiast „Załącznik nr 7B” - powinno być: „Załącznik nr 6B”.

Pozostałe zapisy w ww. punktach nie ulegają zmianie.

W załączeniu do niniejszego pisma Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Ofertowy po zmianach.

2. W związku z udzielonymi odpowiedziami, zmianie ulega Załącznik nr 6B do SWZ - Projekt umowy po zmianach (Pakiety nr 25, 26) - w załączeniu do niniejszego pisma.

Załączniki do pisma:

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Ofertowy po zmianach;

Załącznik nr 6B do SWZ - Projekt umowy po zmianach (Pakiety nr 25, 26).

Wykonawcy w złożonych ofertach przetargowych zobowiązani są uwzględnić powyższe modyfikacje treści SWZ.

**Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz
mgr Joanna Zaręba-Słoma**