

Białystok, dn. 24.09.2021 r.

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
DZIAŁ ADMINISTRACJI
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok

Numer pisma: DA.ZP.242.37.1.2021

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Dostawa odczynników do badań biochemicznych, immunochemicznych i hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów”**,
oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.37.2021**.

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

I. Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ:

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tego pakietu, do którego Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy Rozdziału 6 SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia: z „*od daty zawarcia umowy*” na „*od dnia podpisania umowy przez obie Strony*”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

DOTYCZY PAKIETU NR 1:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wyprodukowanego w roku 2013?
Urządzenie objęte jest pełną, bezpłatną opieką serwisową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie nie starsze niż 2019 rok.

2. W związku z różnymi wartościami podanymi w p.7 i p.28 Parametrów wymaganych prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga aby analizator immunochemiczny posiadał wydajność 300 oznaczeń na godzinę?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga analizator immunochemiczny posiadający wydajność 300 oznaczeń na godzinę - zgodnie z punktem 7 Załącznika nr 1.1 do SWZ (część V ust. A „II. Wymogi dla części immunochemicznej”). Zamawiający wykreśla w ww. miejscu, punkt 28 o następującej treści:

„Wydajność aparatu minimum 160 oznaczeń na godzinę”.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla czterech oferowanych odczynników immunochemicznych ich gwarantowana stabilność na pokładzie wynosiła 31, 84 oraz 14 dni?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika który posiada komponentę w formie liofilizatu do szybkiej jednorazowej rekonstrukcji? Tak przygotowany odczynnik jest już w formie płynnej i gotowej do użycia.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie BNP lub NT-proBNP?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, w jaki sposób zostanie wykonany podział badań pomiędzy analizatorem głównym a analizatorem zastępczym?

Odpowiedź: Podział testów immunochemicznych – ilość testów na 3 lata:

Parametr	e801	e411
ACTH	1400	-
Kortyzol	3600	-
Vit.B12	3600	-
PTH	2000	-
Vit.D	4500	-
CKMBmass	3000	900
BNP	6000	600
Troponina I	50000	7000
Troponina T	2800	200
IL-6	4000	800
PCT	17000	1000
DHEA-S	2700	-
Estradiol	-	900
FSH	-	900
HCG+B	4000	200
LH	-	700
PROG	-	600
PRL	-	1200
Testosteron	-	1200
ACCP	2000	-
IgE	2700	-
anti-HBc	-	600
anti-HBs	2100	-
anti-HCV	3600	-

CMV IgG	-	1500
CMV IgM	-	1500
HBsAg	4200	-
Rubella IgG	-	1000
Rubella IgM	-	1000
Toxo IgG	-	3000
Toxo IgG awidność	-	400
Toxo IgM	-	3000
C-peptid	3300	-
AFP	2400	-
Ca 15-3	1800	-
Ca 19-9	4500	-
Ca 125	4500	-
CEA	4500	-
HE4	3000	-
PSA total	9900	-
Free PSA	-	600
Anti-TG	3000	-
Anti-TPO	2400	-
Anti-TSHR	1500	-
ft3	7000	200
ft4	6000	300
TSH	24000	1500
Anti- SARS jakościowy	-	300
Anti- SARS ilościowy	-	800
EBV IgM	-	400
EBV IgG VCA	-	400
EBV IgG EBNA	-	400

DOTYCZY PAKIETU NR 2:

Analizator Główny:

Dotyczy Parametru 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator, który posiada parametry odsetek mikrocytów i makrocytów jako parametry dostępne w zakładce „Inne parametry” z możliwością wydania na wyniku pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Parametrów 5 i 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego nie posiadającego funkcji umożliwiającej różnicowanie zmian o charakterze reaktywnym i złośliwym, określającej limfocyty reaktywne i syntetyzujące przeciwciała oraz określające stan aktywacji i zawartość ziarnistości neutrofili. Utrzymanie tego parametru ogranicza możliwość złożenia oferty do jednego konkretnego wykonawcy, w tym wypadku firmy (...).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Parametru 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby parametr HCT był parametrem wyliczanym na podstawie parametrów mierzonych MCV i RBC, gdzie hematokryt to iloczyn MCV i RBC. Uzyskiwane wyniki hematokrytu wyliczanego wykazują pełną korelację z hematokrytem oznaczanym bezpośrednio. Dodatkowo wynik uzyskany w opisanym powyżej aparacie również jest wartością wyliczaną – suma wszystkich MCV w badanej próbce a nie mierzoną jak opisano.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Parametru 33

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kontroli do Retikulocytów jako oddzielnego materiału kontrolnego na 3 poziomach. Oferowany materiał kontrolny do Retikulocytów posiada identyczne cechy dotyczące konfekcjonowania i terminu ważności jak krew kontrolna do monitorowania pozostałych oznaczanych przez analizator parametrów krwi obwodowej. Wymaganie jednego rodzaju krwi kontrolnej dla analizatora głównego ponownie ogranicza postępowanie tylko do jednego wykonawcy, wymienionego powyżej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Parametru 34

Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie parametrów krwi kontrolnej przy użyciu nośnika elektronicznego innego niż dyskietka? Utrzymanie tego parametru wyklucza zaoferowanie aparatów wykorzystujących inne, znacznie nowocześniejsze nośniki pamięci typu karta pamięci, pendrive ogranicza możliwość złożenia oferty do jednego konkretnego wykonawcy, w tym wypadku firmy (...) wciąż stosującego wychodzący z użycia i trudny do nabycia nośnik, jakim jest dyskietka.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy Parametru 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłanie wyników kontroli jakości z poziomu programu QC nieautomatycznie a po komendzie operatora? Utrzymanie tego parametru ogranicza możliwość złożenia oferty do jednego konkretnego wykonawcy, w tym wypadku firmy (...).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Analizator Back-up:**Dotyczy Parametru 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator, który posiada parametry odsetek mikrocytów i makrocytów jako parametry dostępne w zakładce „Inne parametry” z możliwością wydania na wyniku pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Parametru 7

Czy Zamawiający opuści maksymalną objętość krwi do wykonania 1 oznaczenia 35 ul? Taka zwiększona objętość i tak pozwoli na wielokrotne powtórzenie badania z próbki pobranej do pojemnika do pobierania krwi o minimalnej dostępnej na rynku objętości, zapewniającego jej standaryzację.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Parametru 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłanie wyników kontroli jakości z poziomu programu QC nieautomatyczne a po komendzie operatora? Utrzymanie tego parametru ogranicza możliwość złożenia oferty do jednego konkretnego wykonawcy, w tym wypadku firmy (...).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Mieszadło hematologiczne, mikroskop i klimatyzator

Zwracamy się z prośbą do klienta o doprecyzowanie rodzaju mieszadła hematologicznego jakie chce otrzymać wraz z aparatami hematologicznymi. Czy ma to być mieszadło rolkowo-wahadłowe, wahadłowe, obrotowe czy wahadłowo-rolkowe?

Odpowiedź: Mieszadło obrotowe.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie minimalnych parametrów granicznych jakie musi spełniać oferowany mikroskop i klimatyzator?

Odpowiedź: Klimatyzator do pomieszczenia o kubaturze 60 m³. Mikroskop do oglądania preparatów krwi obwodowej.

Dotyczy załącznika nr 1.2, Pakiet nr 2, Część IV Szczegółowy opis oferowanych urządzeń, pkt 33 dla aparatu podstawowego i pkt 25 dla aparatu back-up

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego do wewnętrznej kontroli codziennej na 3 poziomach zgodnie z terminem ważności na opakowaniu ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy załącznika nr 1.2, Pakiet nr 2, Część I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty tabeli asortymentowo-ilościowej, zawierającej nazwę oferowanego asortymentu, numer katalogowy oraz ilość opakowań potrzebnych do wykonania wyspecyfikowanej przez Zamawiającego ilości oznaczeń ? Tabela taka ułatwi Zamawiającemu składanie zamówień cząstkowych.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

DOTYCZY PROJEKTU UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 6A DO SWZ**Pytania do umowy zał 6A**

1. Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?
Uzasadnienie: Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie

ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia konkretnej treści SWZ.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:

„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.

W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data.”

Uzasadnienie: Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

4. **Par. 3 ust. 12** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. **Par. 4 ust. 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź: Zapis w § 4 ust. 3 projektu umowy (Załącznik nr 6A do SWZ) otrzymuje brzmienie:

*„Urządzenia wraz z gwarancją i instrukcją w języku polskim zostaną dostarczone, przez Wykonawcę do **Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego**, przy ul. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, w terminie **21 dni** od dnia zawarcia Umowy, w godz. 8⁰⁰ - 15⁰⁰ oraz rozpakowane, zainstalowane i uruchomione w terminie **7 dni** od daty dostarczenia Urządzeń.”*

6. **Par. 4 ust. 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w dwóch turach, w liczbie 20 osób.

7. **Par. 4 ust. 7** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną w przypadku dostarczenia instrukcji obsługi urządzeń.

8. **Par. 6 ust. 3-5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- **Zapis w § 6 ust 3 projektu umowy (Załącznik nr 6A do SWZ) otrzymuje brzmienie:**
„Usunięcie awarii Urządzeń będzie odbywać się siłami Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w terminie **24 godzin w dni robocze** od przekazania za pomocą faksu lub za pomocą poczty email zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za awarię uważa się każdą nieprawidłowość w funkcjonowaniu Urządzenia.”

- **Zapis w § 6 ust 4 projektu umowy (Załącznik nr 6A do SWZ) otrzymuje brzmienie:**
„W przypadku, gdy awaria nie zostanie usunięta w terminie **24 godzin w dni robocze** w dniach poniedziałek - sobota, Wykonawca dostarczy w terminie **24 godzin w dni robocze** urządzenie zastępcze, tej samej klasy (odpowiadający warunkom określonym w Umowie) albo zabezpieczy wykonywanie badań bezpłatnie, w innej placówce w odpowiednim czasie.”

- **Zapis w § 6 ust 5 projektu umowy (Załącznik nr 6A do SWZ) otrzymuje brzmienie:**
„W przypadku, gdy awaria nie zostanie usunięta w terminie **24 godzin w dni robocze**, a Wykonawca nie zabezpieczy w należyty sposób wykonywania badań w sposób określony w ust. 4, Zamawiający może powierzyć wykonywanie badań osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

9. **Par. 6 ust. 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych? Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

10. **Par. 6 ust. 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
Uzasadnienie: Przedmiot zamówienia jest urządzeniem złożonym dlatego w większości przypadków wystąpienia awarii wymagana jest interwencja doświadczonego inżyniera autoryzowanego serwisu producenta. Dlatego, niedopuszczalne jest, aby inna osoba ingerowała samodzielnie, bez konsultacji z autoryzowanym serwisem w stan urządzenia, które uległo awarii, gdyż przez wzgląd na brak doświadczenia i wiedzy w zakresie kompleksowych usług serwisowych przedmiotu umowy jego działania mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia aparatury.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

11. **Par. 6 ust. 8 pkt 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź: Dopuszczamy wymianę jedynie wadliwego elementu bez wymiany całego aparatu wyłącznie z zastrzeżeniem bezwzględnej konieczności zachowania stałej pracy aparatu u Zamawiającego z zachowaniem uzyskania wyłącznie poprawnych wyników oznaczeń.

12. **Par. 6 ust. 8 pkt 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

13. **Par. 7 ust. 3** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

14. **Par. 7 ust. 6** Czy zamawiający wyraża zgodę na całkowite wykreślenie tego postanowienia, względnie jego modyfikację w zakresie ewentualnego rozliczenia dostarczonego towaru, tak by nie było w żadnym wypadku możliwe zaliczenie danego towaru jako darowizny? Dotychczasowe sformułowanie tego postanowienia, w szczególności w przypadku dokonania zamówienia przez osoby nieupoważnione, nie może mieć miejsca w świetle zasad panujących na rynku w szczególności postanowień Kodeksu Etyki Med Tech. Ponadto, Wykonawca nie ma możliwości kontrolować potrzeb Zamawiającego co do ilości zamawianego towaru, skupiając się na terminowych dostawach, szczególnie że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilościach zamawianych towarów w trakcie trwania umowy. Postanowienie w obecnym brzmieniu nie znajduje uzasadnienia i w ocenie Wykonawcy rodzi ryzyka dla obu stron kontraktu, zatem powinno zostać całkowicie usunięte.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

15. **Par. 7 ust. 7 i 8** Czy Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie E-FAKTUR za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Numer PEPPOL NIP 5422529292.

16. **Par. 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w niniejszym postanowieniu zdania:

"Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w szczególności w przypadku, gdy z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji lub dostawach m. in. wyrobów medycznych oraz utrudnieniami w transporcie i logistyce, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych i akcji serwisowej przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia obecnej sytuacji."?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

17. **Par. 10 ust. 1 pkt 1- 3, 9** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Uzasadnienie: Funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania. Nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu. Ponadto mogłaby zostać uznana za rażąco wygórowaną. To w konsekwencji mogłoby narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty choćby postępowania sądowego, którego przedmiotem byłoby miarkowanie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

18. **Par. 10 ust. 1 pkt 4 - 8**, Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

19. **Par. 10 ust. 1 pkt 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

21. **Par. 10 ust. 6** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?" Ewentualnie prosimy o dodanie zdania: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

DOTYCZY PROJEKTU UMOWY:

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

DOTYCZY PROJEKTU UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 6B DO SWZ

Dotyczy SWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 6B do SWZ (dotyczy pakietu nr 2): §3 ust. 6:

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: „z wyłączeniem okoliczności gdy zamówienie zostało podzielone ze względu na późniejszą dostawę krwi kontrolnej zgodnie ze złożonym zamówieniem według harmonogramu dostaw”.

W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg produktów, w szczególności na odczynniki i krew kontrolną, wewnętrzna procedura przewiduje natychmiastową wysyłkę wszystkich dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów, w konsekwencji gdy Zamawiający złoży zamówienie na krew kontrolną zgodnie z harmonogramem dostaw dostępną za jakiś czas (następny LOT), Wykonawca, mając na uwadze dobro pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego, w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać dostawy do czasu uzupełnienia całościowego zamówienia. Dodatkowo sam Zamawiający w ust. 1 niniejszego paragrafu wskazuje, iż zamówienia krwi kontrolnej będą się odbywały według harmonogramu. Mając powyższe na uwadze prosimy o odpowiednią modyfikację.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

§3 ust. 15:

Czy Zamawiający dopuszcza krew kontrolną o terminie ważności, krótszym niż 6 miesięcy? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. punktu SWZ zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl”.

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odpowiedź: Dopuszczamy krew kontrolną o terminie ważności do 2miesięcy.

Zapis w §3 ust. 15 projektu umowy (Załącznik nr 6B do SWZ) otrzymuje brzmienie:

„Okres ważności dostarczonych Towarów (w opakowaniu zamkniętym) nie może być krótszy niż **6 miesięcy** od dnia odbioru dostawy, *z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy*”.

§4 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia z: „od dnia zawarcia umowy” na „od dnia podpisania umowy przez obie Strony”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

§6 ust. 3, 4 i 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu usunięcia awarii dzierżawionych urządzeń na 48 godzin?

Oryginalne części do analizatorów sprowadzane są bezpośrednio od producenta z zagranicy. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy części. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie okresu usunięcia awarii do 48 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- **Zapis w §6 ust. 3 Załącznika nr 6B - projekt umowy otrzymuje brzmienie:**

„**Usunięcie awarii** Urządzeń będzie odbywać się siłami Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w terminie **48 godzin** od przekazania za pomocą faksu lub za pomocą poczty email zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za awarię uważa się każdą nieprawidłowość w funkcjonowaniu Urządzenia”.

- **Zapis w §6 ust. 4 Załącznika nr 6B - projekt umowy otrzymuje brzmienie:**

„W przypadku, gdy awaria nie zostanie usunięta w terminie **48 godzin** w dniach poniedziałek - sobota, Wykonawca dostarczy w terminie **48 godzin** urządzenie zastępcze, tej samej klasy (odpowiadający warunkom określonym w Umowie) albo zabezpieczy wykonywanie badań bezpłatnie, w innej placówce w odpowiednim czasie”.

- **Zapis w §6 ust. 5 Załącznika nr 6B - projekt umowy otrzymuje brzmienie:**

„W przypadku, gdy awaria nie zostanie usunięta w terminie **48 godzin**, a Wykonawca nie zabezpieczy w należyty sposób wykonywania badań w sposób określony w ust. 4, Zamawiający może powierzyć wykonywanie badań osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy”.

§7 ust. 6:

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

§7 ust. 7 i 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił **30 dni** i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?

Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

§7:

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

§10 ust. 1 pkt 1), 2) i 3):

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej dostawy częściowej, nie zaś od wartości całej umowy.

Zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy ma charakter rażąco zawyżony.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

§10 ust. 1 pkt 4-8):

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości przedmiotu dzierżawy o którym mowa w §7 ust. 2, którego dotyczy zgłoszenie, nie zaś od wartości całej umowy.

Zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy ma charakter rażąco zawyżony.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

§10 ust. 1 pkt 1)-10):

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto.

VAT jest należnością publicznoprawną, którą Wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

§10 ust. 1 pkt 10):

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 1 umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

§10 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie limitu kar z 40% na 20%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

DOTYCZY UMOWY POWIERZANIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszej umowy zapisów:

1. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego w trakcie realizacji przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o każdym planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania Danych Osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących takich innych podmiotów przetwarzających, w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu przetwarzającego przez innego usługodawcę lub o rezygnacji z usług innego podmiotu przetwarzającego, oraz z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych usługodawcy wskazanemu przez Wykonawcę w terminie 7

dni od otrzymania od Wykonawcy informacji o planowanym dalszym powierzeniu ich przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu lub o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu przetwarzającego przez innego usługodawcę. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Wykonawcę podmiotowi objętemu sprzeciwem jest niedopuszczalne.

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu Danych Osobowych daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Dalsze powierzenie czynności przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest możliwe jedynie pod warunkiem nałożenia przez Wykonawcę na ten inny podmiot przetwarzający na mocy umowy tych samych obowiązków ochrony danych, jakie spoczywają na Wykonawcy w ramach niniejszej umowy, w szczególności obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
5. W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania Danych Osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu przez Wykonawcę wiąże się z transferem tych danych do państwa trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na swoim terytorium i jednocześnie brak jest innych podstaw umożliwiających transfer Danych Osobowych do tego państwa trzeciego, Zamawiający podpisze z podmiotem przetwarzającym zlokalizowanym w takim państwie trzecim umowę zawierającą:
 - a. „Standardowe Klauzule Umowne” przyjęte na mocy Decyzji Komisji 2010/87/EU z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie przekazywania danych osobowych z krajów Unii Europejskiej do procesorów z państw trzecich, bądź
 - b. „Standardowe Klauzule Ochrony Danych” przyjęte zgodnie z art. 46 ust. 2 lit c i d Rozporządzenia (UE) 2016/679,lub upoważni na piśmie Wykonawcę do podpisania wyżej wskazanej umowy w jego imieniu. Zawarcie takiej umowy z podmiotem przetwarzającym zlokalizowanym w państwie trzecim uprawnia Wykonawcę do korzystania z usług tego podmiotu przetwarzającego przy przetwarzaniu Danych Osobowych.
6. Umowa, wskazana w ust. 4 i ust. 5 powyżej zawierana jest w formie pisemnej. Wymóg pisemności umowy spełnia umowa zawarta w formie elektronicznej.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się innego podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie Danych Osobowych, ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. W takim przypadku Zamawiający ma prawo żądać zaprzestania korzystania przez Wykonawcę z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania Danych Osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

2. **Par. 2 ust. 9 pkt 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

3. **Par. 2 ust. 9 pkt 5** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

4. Par. 2 ust. 9 pkt 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie 6 dodać następujące postanowienia:

"7. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

8. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

9. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

10. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

5. Par. 2 ust. 10 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie wszystkich zmian treści SWZ wprowadzonych niniejszym pismem.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ, zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz
mgr Joanna Zaręba-Słoma**