

Białystok, dn. 16.09.2021 r.

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
DZIAŁ ADMINISTRACJI
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok

Numer pisma: DA.ZP.242.38.1.2021

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa materiałów zużywalnych do sterylizacji oraz soli próżniowej**”, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.38.2021**.

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Pytanie 1 – do Formularza Szczegółowego Oferty – załącznik nr 1 (pakiet 1 – wymagania ogólne)

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia braku cytotoksyczności wg ISO 10993-5 w postaci dołączonego do oferty dokumentu wydanego przez producenta rękawów?

Odpowiedź: Zamawiający określił w Rozdz. 21 ust. 7 pkt 4) SWZ przedmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

Pytanie 2 – do Formularza Szczegółowego Oferty – załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy wszystkie dokumenty, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, mają być złożone wraz z ofertą?

Odpowiedź: Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą określa SWZ (Rozdz. 21 ust. 7).

Pytanie 3 – do Formularza Szczegółowego Oferty – załącznik nr 1 (pakiet 2, poz. 8)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczotki zgodnej z SWZ o średnicy 12 mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie 4 – do Formularza Szczegółowego Oferty – załącznik nr 1 (pakiet 3, poz. 1,2,3,4,11,12,13,14,15,16)

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z nową Dyrektywą MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji były wyrobami medycznymi?

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

Pytanie 5 – do Formularza Szczegółowego Oferty – załącznik nr 1 (pakiet 3, poz. 6)

Czy Zamawiający dopuści preparat, który nie jest wyrobem medycznym i którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie 6 – do Formularza Szczegółowego Oferty – załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania wyrobów medycznych, wymagane jest złożenie wraz z ofertą deklaracji zgodności wystawionych przez producenta wyrobów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 – do Formularza Szczegółowego Oferty – załącznik nr 1 (pakiet 5, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści oryginalną kartę techniczną wystawioną przez producenta, potwierdzającą brak zawartości toksycznych substancji oraz potwierdzającą typ wskaźnika?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SWZ wymaga materiałów informacyjnych, np. karty katalogowe, prospekty, opisy, instrukcje użytkowania. Wymaga się, aby treść tych materiałów potwierdzała spełnienie przez oferowane towary wymagań postawionych przez Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 8 – do Formularza Szczegółowego Oferty – załącznik nr 1 (pakiet 5, poz. 2)

Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka i że Zamawiający wymaga potwierdzenia redukcji sporów na poziomie 10-5/5-log zgodnie z opisaną populacją 10-5.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej w Pakiecie nr 5 poz. 2 Formularza Szczegółowego Oferty, w kolumnie „Opis wyrobu”.

Jest: „(...)Potwierdzenie redukcji na poziomie 10-6/6-log/(...)”

Po dokonaniu poprawy: „(...)Potwierdzenie redukcji na poziomie 10-5/5-log/(...)”.

Pozostały opis wyrobu w Pakiecie nr 5 poz. 2 pozostaje bez zmian.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie wszystkich zmian treści SWZ wprowadzonych niniejszym pismem. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ, zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz
mgr Joanna Zaręba-Słoma**