

Białystok, dn. 02.11.2021 r.

Samodzielny Publiczny ZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. M. Skłodowskiej – Curie 26
15-950 Białystok

Numer pisma: DA.ZP.242.43.2.2021

Wszyscy zainteresowani

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę narzędzi endoskopowych**,
oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.43.2021.**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, że działając na podstawie art. 135 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4, poz. 2 balony do poszerzania przetyku w achalazji: wymagana długość balonu 10 cm; wymagane średnice balonów: 30, 35 i 40 mm; długość robocza: 100 cm; z markerami na obu końcach balonu pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu; w komplecie z przewodnikiem?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

UWAGA:

W związku z nieudzieleniem wyjaśnień SWZ w terminie określonym w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana SWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

**Z up. Dyrektora Główny Specjalista ds. Analiz
mgr Joanna Zaręba-Słoma**