



PL-BY-UA  
2014-2020

Zamówienie dotyczy projektu: „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (PLBU.03.01.00-20-0268/17-00)

Białystok, 08.10.2021r.

**Zamawiający:**  
Samodzielny Publiczny ZOZ  
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 26  
15-950 Białystok

**Numer pisma: DA.ZP.242.44.1.2021**

**Wszyscy zainteresowani  
Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa tomografu komputerowego”, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.44.2021.**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedstawia poniżej zmianę treści SWZ w zakresie parametrów technicznych (Załącznik nr 1 do SWZ):

**1. (A) PARAMETRY OGÓLNE**

– pkt. 28 otrzymuje brzmienie:

|     |                                                                  |              |  |               |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------|
| 28. | Rzeczywista (nie ekwiwalent) pojemność cieplna anody lampy [MHU] | $\geq 7$ MHU |  | Bez punktacji |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------|

**2. (C) Wyposażenie**

– pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

|    |                                               |     |  |               |
|----|-----------------------------------------------|-----|--|---------------|
| 2. | Automatyczny wstrzykiwacz środka cieniującego | Tak |  | Bez punktacji |
|----|-----------------------------------------------|-----|--|---------------|

W załączeniu do pisma Załącznik nr 1 do SWZ uwzględniający powyższe zmiany.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

**Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz  
mgr Joanna Zaręba-Słoma**