

Załącznik nr 1.3 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.53.2021

PAKIET NR 3

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Wideokolonoskop			2 szt.				
Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów technicznych								
Lp.	FUNKCJA/PARAMETR:							
	wymagany:			oferowany*:				
1.	Obrazowanie w standardzie HDTV							
2.	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy.							
3.	Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm							
4.	Grubość końcówki sondy endoskopowej – 13,2 mm							
5.	Kanał roboczy – 3,7 mm							
6.	Głębia ostrości dwustopniowa: tryb bliski 2-6 mm, tryb daleki: 5-100 mm							
7.	Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180°, D:180°, L:160°, P:160°							
8.	Pole widzenia : 170° , tryb near: 160°							
9.	Kanał irygacyjny Water Jet							
10.	Ilość przycisków w głowicy endoskopu ,dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 5 szt							
11.	Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętkiem w głowicy endoskopu							
12.	Miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta.							

13.	Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1.	
14.	Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających.	
15.	Cewki magnetyczne rozmieszczone na całej długości sondy endoskopowej wspomagające pozycjonowanie endoskopu w celu diagnozowania zapętleń, współpracujące z systemem pozycjonowania.	
16.	Typ konektora – jednogniazdowy	
17.	Długość sondy roboczej – 1680 mm	
18.	Współpraca z procesorami CV-190 posiadanymi w pracowni.	

** należy wypełnić*