

Załącznik nr 1.2 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.53.2021

PAKIET NR 2

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Wideogastroskop			2 szt.				
Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów technicznych								
Lp.	FUNKCJA/PARAMETR:							
	wymagany:			oferowany*:				
1.	Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy – uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu							
2.	Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor)							
3.	Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowanie dichromatyczne							
4.	Średnica sondy endoskopowej maks. 8,9 mm							
5.	Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 8,9 mm							
6.	Kanał roboczy o średnicy min. 2,8 mm							
7.	Głębina ostrości min. od 2 do 100 mm							
8.	Pole widzenia min. 140°							
9.	Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100°							
10.	Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm							
11.	Kanał irygacyjny Water Jet							

12.	Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora	
13.	Aparat o klasie szczelności min. IPX7.	
14.	Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny.	
15.	Współpraca z procesorami CV-190 posiadanymi w pracowni	
16.	Możliwość mycia w myjniach ETD	
17.	Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego	

** należy wypełnić*