

Białystok, dn. 23.11.2021 r.

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
DZIAŁ ADMINISTRACJI
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok

Numer pisma: DA.ZP.242.53.2.2021

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu endoskopowego”,
oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.53.2021.**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

I. Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) W okresie gwarancji Wykonawca odpowiada za serwis, konserwację, przeglądy i naprawy gwarancyjne sprzętu.” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu / podzespołu na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego elementu / podzespołu.” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by okres gwarancji ulegał przedłużeniu w przypadku gdy niemożliwe było używanie sprzętu ze względu na jego niesprawność, gdy ta każdorazowo wynosiła powyżej 5 dni roboczych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 15 ust. 1 pkt. 1d

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 15 ust. 1 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 15 ust. 1 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 18 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) oraz naprawy Sprzętu będą wykonane na koszt Wykonawcy (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych).

Wykonawcy nie obciąża koszt napraw, jeżeli awaria lub usterka została spowodowana przez osobę lub okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca.” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 1

Dotyczy Załącznik nr 1.4 do SWZ – Formularz Szczegółowy Ofert

Prosimy o podanie producenta oraz modeli/typów posiadanych przez Zamawiającego endoskopów, które będą przechowywane w oferowanej szafie (informacja jest niezbędna do prawidłowego skalkulowania oferty i przygotowania odpowiednich przyłączy do podanych endoskopów).

Odpowiedź: Producent: Olympus. Modele: GIF-H190, CF-190, UCT-180.

1. ad. Zał. 1.1. Monitor Medyczny 4 K p. 8

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie monitora 4K z wyjściami 2 x 12 G-SDI oraz 3G-SDI bez wyjścia DVI?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. ad. Zał. 1.1. Część F Uchwyt do monitora do kolumny Isola oraz półki.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu lub zrezygnuje z tych akcesoriów z uwagi na 8-10 tygodniowy czas realizacji tych akcesoriów?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla część F z Załącznika nr 1.1 do SWZ - Formularza Szczegółowego Oferty (Pakiet nr 1), tj: uchwyt do monitora do kolumny ISOLA, 2 x półka zwykła do kolumny ISOLA na sprzęt endoskopowy. W załączeniu do niniejszego pisma Załącznik nr 1.1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty po zmianach (Pakiet nr 1).

3. Dot. pakietu 1 - formularz szczegółowy oferty, wzór umowy par. 2 ust. 2 pkt. 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego systemu do archiwizacji badań endoskopowych wraz ze stacją roboczą oraz niemedycznego wyposażenia toru wizyjnego? Produkty te nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2021 r., nie posiadają dokumentów dopuszczających i objęte są stawką VAT 23%.

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści dodanie pozycji do tabeli cenowej zawierającej produkty objęte inną stawką VAT niż pozostały sprzęt?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Dot. pakietów 1,2,3 – formularze szczegółowe oferty, wzór umowy par. 2 ust. 2 pkt. 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu wyprodukowanego nie wcześniej niż 2020?

Potwierdzamy, że zaoferowany sprzęt będzie fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Dopuszczamy w Pakietach nr 1, 2, 3 zaoferowanie sprzętu wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r. Zapis w § 2 ust. 2 pkt 4 projektu umowy - w zakresie Pakietów nr 1, 2, 3 - otrzymuje brzmienie: „wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.”

5. Dot. wzoru umowy par. 15 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 20 % kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

II. W związku z dopuszczeniem roku produkcji 2020 r. zaoferowanego sprzętu do Pakietów nr 1, 2, 3 - zmiane ulega zapis w Rozdziale 4 (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 5 SWZ:

Jest:

Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

Otrzymuje brzmienie:

Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku (Pakiety nr 1, 2, 3), wyprodukowany w 2021 roku (Pakiet nr 4), wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

Wykonawcy w złożonych ofertach zobowiązani są uwzględnić powyższe modyfikacje treści SWZ.

Załączniki do niniejszego pisma:

Załącznik nr 1.1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty po zmianach (Pakiet nr 1).

**Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz
mgr Joanna Zaręba-Słoma**