

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Tabela nr 1. Odczynniki do oznaczeń parametrów krytycznych

Lp.	Nazwa odczynnika	Ilość oznaczeń na okres 24 miesięcy	Numer katalogowy Wytwórca	Wielkość oferowanego opakowania	Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania	Cena jedn. netto opakowania	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto opakowania	Wartość netto	Wartość brutto
I	ODCZYNNIKI:									
1	Badania RKZ i oksymetryczne	24 000 oznaczeń								
WARTOŚĆ:										

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości badań, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Tabela nr 2. Dodatkowe akcesoria

Lp.	Nazwa handlowa	Numer katalogowy Wytwórca	Wielkość oferowanego opakowania	Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania	Cena jedn. netto opakowania	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto opakowania	Wartość netto	Wartość brutto
WARTOŚĆ:									

***Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dodatkowe akcesoria (kalibratory, kontrole, materiały zużywalne itp.) i ich ilości konieczne do wykonania pełnej ilości oznaczeń określonych przez Zamawiającego w SWZ.**

Tabela nr 3. Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych

Lp.	Nazwa handlowa przedmiotu dzierżawy	Typ/model	Producent	Cena jednostkowa brutto dzierżawionego urządzenia	Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy	Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy	Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce	Stawka VAT (%)	Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-ce
1.									

Tabela nr 4. Wartość oferty

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Odczynniki do oznaczeń parametrów krytycznych – tabela nr 1		
2.	Dodatkowe akcesoria – tabela nr 2		
3.	Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych – tabela nr 3		
RAZEM:			

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO ANALIZATORA:

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- **nazwa aparatu:**
- **typ:**

- producent:
- rok produkcji:
- wartość analizatora:

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

Tabela nr 5. Parametry graniczne – wymagania dotyczące analizatora do oznaczania parametrów krytycznych:

Lp.	Opis parametru	Oferowany parametr - podać
1.	Analizator nie starszy niż 2021r., fabrycznie nowy	
2.	Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednocześnie i w jednej próbce pomiary: pH, pCO ₂ , pO ₂ , ct Hb, Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl ⁻ , glukoza, mlecza, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0mg/dl do przynajmniej 50mg/dl), MetHb, COHb, O ₂ Hb, Hhb, sO ₂	
3.	Analizator pracujący w oparciu o elementy zużywalne tj. wymienne sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory	
4.	Możliwość wprowadzania ID pacjenta do analizatora za pomocą czytników bar kodów	
5.	Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary	
6.	Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i ze strzykawki: -maksymalnie 45 µl – z kapilary -maksymalnie 65 µl – ze strzykawki w czasie 60 sekund	
7.	Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów	

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy OfertyOznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.56.2021**

Lp.	Opis parametru	Oferowany parametr - podać
8.	Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbową (nominalna).	
9.	Automatyczne mieszanie próbki	
10.	Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym	
11.	Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni	
12.	Możliwość przechowywania pakietów odczynnikowych w temperaturze pokojowej	
13.	Wbudowana drukarka i czytnik kodów paskowych	
14.	Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów	
15.	Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie testów	
16.	Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu	
17.	Dobowy czas kalibracji maksymalnie 35 minut (wyłączając pierwszą dobę po wymianie kasety)	
18.	Automatyczna instalacja kasety w aparacie, kaseta sensorowa gotowa do pracy bez dodatkowych czynności	
19.	Wbudowany UPS	
20.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
21.	Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim	

Uwaga: Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompatybilny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.