

FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ODCZYNNIKAMI I AKCESORIAMI DO ODZIAŁU NEONATOLOGII Z PATOLOGIA I INTENSYWNĄ TERAPIĄ

ILOŚĆ OZNACZEŃ: 21 600/ 36 MIESIĘCY

1. Oznaczanie: parametry krytyczne (RKA, MetHb, COHb, Hhb, HbF, Na, K, Cl, glukoza, bilirubina całkowita, mleczany Ca zjoniz.)
2. Ilość odczynników materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych każdy z Wykonawców oblicza samodzielnie na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego o przewidywanej w okresie obowiązywania umowy ilości oznaczeń – **21 600 OZNACZEŃ**. W podanej ilości oznaczeń nie uwzględniono kontroli i kalibracji.
3. Obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę.
4. Kalkulację ilości kalibratorów, kontroli oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać na podstawie podanych ilości oznaczeń i zaleceń producenta.
5. Wszystkie wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.; wszystkie wyroby medyczne muszą być oznaczone znakiem CE i spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów.
6. Towar musi posiadać co najmniej **12 miesięczny termin ważności** od daty dostawy.

Część I: ODCZYNNIKI DO OZNACZŃ PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH:

L.p.	Nazwa odczynnika	Ilość oznaczeń	Numer katalogowy Wytwórca	Wielkość oferowanego opakowania	Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania	Cena jedn. netto opakowania	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto opakowania	Wartość netto	Wartość brutto
I	ODCZYNNIKI:									
		21 600								
WARTOŚĆ:										

Część II: Dodatkowe akcesoria:

L.p.	Nazwa handlowa	Numer katalogowy Wytwórca	Wielkość oferowanego opakowania	Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania	Cena jedn. netto opakowania	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto opakowania	Wartość netto	Wartość brutto
WARTOŚĆ:									

*Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dodatkowe akcesoria (kalibratory, kontrole, materiały zużywalne itp.) i ich ilości konieczne do wykonania pełnej ilości oznaczeń określonych przez Zamawiającego w SWZ.

Część III: Dzierżawa analizatora:

L.p.	Nazwa handlowa przedmiotu dzierżawy	Typ/model	Producent	Cena jednostkowa brutto dzierżawionego urządzenia	Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy	Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy	Wartość całkowita netto dzierżawy za 36 m-cy	Stawka VAT (%)	Wartość całkowita brutto dzierżawy za 36 m-cy
1.									

Część IV: Wartość oferty:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Odczynniki – Część I		
2.	Dodatkowe akcesoria – Część II		
3.	Dzierżawa analizatora – Część III		
RAZEM:			

Część V: SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH:

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

ANALIZATOR:

Typ:

Model:

Producent:

Rok produkcji:

Wartość analizatora :

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych analizatora:

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej.

Lp.	Parametr/Warunek
1.	Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego
2.	Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO ₂ , pO ₂ , ctHb, MetHb, O ₂ Hb, HHb, COHb, HbF, sO ₂ , cNa ⁺ , cK ⁺ , cCa ⁺⁺ (zakres pomiarowy cCa ⁺⁺ od 0,1 mmol/L), cCl ⁻ , glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl)
3.	Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory

4.	Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary
5.	Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: • maksymalnie 45µl – z kapilary • maksymalnie 65 µl – ze strzykawki w czasie maksymalnie 60 sekund
6.	Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów
7.	Automatyczne mieszanie próbki
8.	Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawione jako wartość liczbową (nominalną)
9.	Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym
10.	Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni
11.	Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną
12.	Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów
13.	Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych
14.	Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej.
15.	Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu
16.	Okres dzierżawy i gwarancji: 36 miesięcy
17.	Na czas trwania umowy wydierżawiający udziela pełnej, bezpłatnej naprawy, części zamienne i konserwację aparatu w tym bezpłatne przeglądy

18.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem)
19.	Możliwość zdolnego nadzoru analizatora będącego w tej samej podsięci szpitalnej z poziomu laboratorium przy użyciu dostarczonego przez firmę oprogramowania. System dający możliwość podglądu na żywo statusu analizatora, kontroli jakości, kalibracji, wyników pacjenta zgodnie z wytycznymi dla POCT. System dający możliwość sterowania analizatora.
20.	Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim
21.	Dobowy czas kalibracji 35 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu / wymianie nowej kasety)
22.	Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych
23.	Automatyczna instalacja kaset, niewymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie, dla wszystkich parametrów mierzonych
24.	Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji: nie starszy niż 2021 r.
25.	Szkolenie z obsługi analizatora