

Umowa nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0090/21-00 z dnia 11.05.2021 r.

Projekt pn. „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym i Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0090/21

Załącznik nr 1.1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.18.2022

PAKIET NR 1

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
I. Napęd ortopedyczny								
1	Napęd akumulatorowy wiertarsko-wkrętarski obudowa tytanowa, pistoletowa, dostosowana do mycia we wszystkich środkach; silnik bezszczotkowy o mocy 250W (+/-10%); płynnie regulowane obroty, zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu, możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji; kaniulacja śr. 4,0 mm; blokada przed niezamierzonym uruchomieniem; dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie; akumulatory niesterylizowane umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na			2 szt.				

	akumulator; możliwość zasilania z sieci elektrycznej dodatkową przystawką							
2	Bateria duża akumulator litowo-jonowy lub NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą; możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora			5 szt.				
3	Pokrywa komory akumulatora			4 szt.				
4	Nasadka frezerska AO kaniulacja śr. 4,0 mm; moment obrotowy 19 Nm; płynnie regulowana prędkość obrotowa min w zakresie 0-250 obr./min.			2 szt.				
5	Nasadka frezerska Harris kaniulacja śr. 4,0 mm; moment obrotowy 19 Nm; płynnie regulowana prędkość obrotowa min w zakresie 0-250 obr./min.			2 szt.				
6	Nasadka wiertarska Jacobs nasadka wiertarska trójszczękowa Jacobs z kluczykiem; zakres chwytu 0,6 - 6,5mm; kaniulacja śr. 4,0 mm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-1000 obr./min.; moment obrotowy min. 4 Nm			2 szt.				
7	Nasadka wiertarska male AO kaniulacja śr. 4,0 mm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-1000 obr./min.; moment obrotowy min. 4 Nm			2 szt.				
8	Nasadka wiertarska mała Hex nasadka wiertarska heksagonalna; kaniulacja śr. 4,0 mm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-1000 obr./min.; moment obrotowy min. 4 Nm			2 szt.				
9	Pila oscylacyjna tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia we wszystkich środkach, silnik			2 szt.				

	bezszerotkowy o mocy 250W (+/-10%); płynnie regulowana oscylacja 0-13000 osc./min.; blokada przed niezamierzonym uruchomieniem; głowica obrotowa 360°; brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą; akumulatory niesterylizowane umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator; możliwość zasilania z sieci elektrycznej dodatkową przystawką							
10	Kosz stalowy na duże napędy kosz stalowy, perforowany ze stelażem i uchwytami do 2 napędów, nasadek, pokrywy akumulatorów, brzeszczotów i osłony do drutu Kirschnera; umożliwiające mycie mechaniczne wszystkich elementów napędów			2 szt.				
11	Wanna kontenera w standardzie 1/1; wykonana z aluminium z uchwytami; uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera			2 szt.				
12	Pokrywa kontenera podwójny system zabezpieczeń: plomby papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe; filtr mikroporowy, teflonowy			2 szt.				
13	Tabliczka identyfikacyjna możliwy indywidualny opis			4 szt.				
II. Napęd ortopedyczny								
14	Napęd akumulatorowy wiertarsko-pilarski obudowa tytanowa, pistoletowa, dostosowana do mycia we wszystkich środkach; silnik bezszerotkowy komutowany elektronicznie o mocy			2 szt.				

	85W (+/-5%); płynnie regulowane obroty, zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu, możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji; kaniulacja śr. 3,2 mm; blokada przed niezamierzonym uruchomieniem; dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie; akumulatory niesterylizowane umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator; możliwość zasilania z sieci elektrycznej dodatkową przystawką							
15	Bateria mała akumulator litowo-jonowy lub NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą; możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora			3 szt.				
16	Pokrywa komory akumulatora			2 szt.				
17	Nasadka wiertarska mała AO kaniulacja śr. 2,8 mm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-1250 obr./min.; moment obrotowy min. 1,5 Nm			2 szt.				
18	Nasadka frezerska AO do rozwiertaków nowego typu kaniulacja śr. 3,2 mm; moment obrotowy 5Nm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-300 obr./min.			2 szt.				
19	Adapter z AO na DIN do rozwiertaków szpikowych starego typu adapter do rozwiertaków szpikowych starego typu, kaniulowany			2 szt.				
20	Nasadka wiertarska Jacobs nasadka wiertarska trójszczękowa Jacobs z			2 szt.				

	kluczykiem; zakres chwytu 0,5 - 4mm; kaniulacja śr. 4,0 mm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-1250 obr./min.; moment obrotowy min. 1,5Nm							
21	Nasadka do drutów Kirschnera kaniulacja śr. 3,2 mm; zakres chwytu 0,6-3,2 mm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-1250 obr./min.			2 szt.				
22	Nasadka pily oscylacyjnej oscylacje płynnie regulowane w zakresie 0-15750 osc./min.			2 szt.				
23	Kosz stalowy na mały napęd kosz stalowy, perforowany ze stelażem i uchwytami do 1 napędów, nasadek, pokrywy akumulatora, brzeszczotów i osłony do drutu Kirschnera; umożliwiające mycie mechaniczne wszystkich elementów napędów			2 szt.				
24	Wanna kontenera w standardzie 1/1; wykonana z aluminium z uchwytami; uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera			2 szt.				
25	Pokrywa kontenera podwójny system zabezpieczeń: plomby papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe; filtr mikroporowy, teflonowy			2 szt.				
26	Tabliczka identyfikacyjna możliwy indywidualny opis			4 szt.				
27	Ładowarka ładowarka elektroniczna z 4 gniazdami akumulatorów, ze wskaźnikiem ładowania przy każdym gnieździe; uniwersalna; system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów;			1 szt.				

	wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych; proces ładowania pulsacyjnego zapewniający optymalny, maksymalny stan naładowania akumulatorów (bez histerezy pojemnościowej)							
28	Przewód przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro			1 szt.				
SUMA							-----	