

Białystok, dnia 08.07.2022r.

**Zamawiający:**

Samodzielny Publiczny ZOZ  
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 26  
15-950 Białystok

**Numer pisma: DA.ZP.242.32.1.2022**

**Wszyscy zainteresowani  
Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku**”,  
oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.32.2022.**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, że działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

**Pytania i odpowiedzi:**

**Pakiet 3**

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 1c Igły punkcyjnej do nakłuć lędźwiowych, rozm. 26Gx90mm

**Odpowiedź: Dopuszczamy w Pakiecie nr 3 w pozycji 1c rozm. igły punkcyjnej do nakłuć lędźwiowych - 26Gx90mm**

.....

**Pakiet nr 7**

1. Czy opis dotyczący igły typu „Motylek” w pakiecie 7, dotyczy igły do portu naczyniowego?

**Odpowiedź: Opis igły w Pakiecie nr 7 nie dotyczy igły do portu naczyniowego.**

2. Jeśli opis dotyczy igły do portu, prosimy o dopuszczenie igły o niewielkich różnicach technicznych, opisanych w nawiasach:

- Ø dren dł. min 30 cm (**proponujemy dren dł. 20cm**) z możliwością zamykania typu luer lock,
- Ø jednorazowego użytku, sterylne,
- Ø miękkie skrzydełka zapewniający dobry uchwyt i mocowanie,
- Ø opakowanie folia/papier
- Ø **Opakowanie 50 szt.**

W rozmiarach: 19G, 20G, 22G o długości 20mm

**Odpowiedź: Opis igły w Pakiecie nr 7 nie dotyczy igły do portu naczyniowego**

3. W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o merytoryczne wyjaśnienie.

**Odpowiedź: Opis igły w Pakiecie nr 7 nie dotyczy igły do portu naczyniowego**

.....

### **Pakiet 12**

1. Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy golareki medyczne o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm.**

2. Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

3. Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

**Odpowiedź: Dopuszczamy golareki medyczne pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę.**

4. Czy Zamawiający wymaga golarek z ostrzem, które można odłamać od ręczki poprzez pionowy nacisk i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

.....

### **Pakiet 14**

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania o rozmiarze CH08 - CH10 – o długości 50 cm. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie SWZ.

**Odpowiedź: Dopuszczamy cewniki do odsysania o rozmiarze CH 08 - CH10 – o długości 50 cm. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie SWZ.**

.....

### **Pakiet 31**

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do podawania tlenów przez nos pakowanych w opakowaniu foliowym .Pozostałe parametry i wymogi zgodnie SWZ.

Takie rozwiązanie jest tożsame funkcjonalnie jak opakowanie typu folia –papier wymagane w SWZ a nie ogranicza konkurencji. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie cewników pakowanych typu. folia-papier.

**Odpowiedź: Dopuszczamy opakowanie foliowe, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

.....

### **Pakiet 42**

1. Czy Zamawiający dopuści ubrania dostępne w następujących rozmiarach: niebieskie – S-XXXL, zielone i fioletowe – S – XXL, pozostałe warunki Zamawiającego spełnione?

**Odpowiedź: Dopuszczamy w/w parametry, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

.....

### **Pakiet 43**

1. Czy Zamawiający dopuści fartuchy podfoliowane w części przedniej + całe rękawy, gramatura 30 g/m kw. włóknina + 12 g/m kw. folia PE?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

2. Pakiet 43, pozycja 1czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 40 g/m2?pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: Dopuszczamy fartuchy o gramaturze 40 g/m2, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

.....

**Pakiet 44**

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie półmasek pakowanych w opakowanie foliowe po 5 sztuk, opakowanie zbiorcze 30 sztuk.

**Odpowiedź: Dopuszczamy w Pakiecie nr 44 w pozycji nr 1 półmaski pakowanych w opakowanie foliowe po 5 sztuk, opakowanie zbiorcze 30 sztuk. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie półmasek pakowane w opakowania foliowe po 8 sztuk, opakowanie zbiorcze 50 sztuk.

**Odpowiedź: Dopuszczamy w Pakiecie nr 44 w pozycji nr 2 półmaski pakowane w opakowania foliowe po 8 sztuk, opakowanie zbiorcze 50 sztuk.**

.....

**Pakiet 46**

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 46 oczekuje igły do biopsji gruboigłowej, jednorazowego użytku, sterylnej, automatycznej z możliwością użycia również jako igła półautomatyczna (strzał sekwencyjny), z dwoma niezależnymi przyciskami znajdującymi się na górze aparatu przodu oraz z tyłu umożliwiającymi strzał?

**Odpowiedź: Dopuszczamy ww. opis, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

.....

**Pakiet nr 48**

1. Czy w **Pakiecie 49 w poz. 1** powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga szczoteczek cytologicznych, których efektywność została klinicznie zweryfikowana. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Udzielona odpowiedź dotyczy Pakietu nr 48 w którym występują szczoteczki cytologiczne.**

.....

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**Z up Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz  
mgr Joanna Zaręba-Słoma**