

PAKIET NR 1**Wymagane:**

- przyleganie elektrod noworodkowych do skóry dziecka w inkubatorze z nastawioną dużą wilgotnością przez 24 godziny,
- przyleganie elektrod dla dzieci do skóry przez 24 godziny,
- przyleganie elektrod dla dorosłych do spoconej skóry pacjenta podczas wykonywania próby wysiłkowej.

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Elektrody żelowe jednorazowego użytku z przewodem zakończonym gniazdem na wtyczkę, średnica 1,6 mm, dla noworodków.			4 000 op.				
2	Elektrody żelowe jednorazowego użytku Ag/AgCl, fi 36 mm (+/-2mm), podkład: gąbka PE, dla dzieci.			60 op.				
3	Elektrody żelowe jednorazowego użytku Ag/AgCl, fi 55 mm (+/-5mm), owalne lub prostokątne, w powierzchni całkowitej ok. 24 cm ² , podkład: tkanina mikroporowata, dla dorosłych.			4 200 op.				
4	Elektrody do stymulacji zewnętrznej Quik-Combo, kompatybilne z aparatem wytwórcy Medtronic			240 op.				
5	Samoprzylepne elektrody do stymulatorów TENS/EMS z kablem PIN 2 (bolce o średnicy 2mm) Prostokątne o rozm. 40x100 mm, pakowane po 4 szt. W zestawie podkład: tkanina mikroporowana, dla dorosłych.			500 kompl.				
SUMA							----	

PAKIET NR 2

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Papier – rolka termiczna BPA FREE w rozmiarze 80/250m/12, kompatybilny z urządzeniem służącym do prowadzenia TRIAGE w SOR – nazwa urządzenia/systemu TOPSOR			20 rolek				