

Białystok, dnia 21.07.2022 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny ZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. M. Skłodowskiej – Curie 26
15-950 Białystok

Numer pisma: DA.ZP.242.40.1.2022

Wszyscy zainteresowani

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę elektrod i papierów diagnostycznych**, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.40.2022**.

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści SWZ:

Pakiet nr 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o średnicy gniazda 1,5mm. W pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 1 poz.1

Prosimy o doprecyzowanie ilości sztuk w opakowaniu. Czy Zamawiający oczekuje 3 sztuk elektrod w opakowaniu?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody jednorazowego użytku okrągłej o średnicy 30mm z języczkiem ułatwiającym aplikację.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody jednorazowego użytku okrągłej o średnicy 36mm z języczkiem ułatwiającym aplikację.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 1 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody do stymulatorów prostokątnej o wymiarach 53x96mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 1 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody do stymulatorów prostokątnej o wymiarach 45x80mm.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pakiet nr 1 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody do stymulatorów prostokątnej o wymiarach 45x98mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy projektu umowy par. 7 ust. 1.1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 7 ust. 1.1 projektu umowy zamiast zwrotu „wartości brutto określonej w par. 4 ust. 1 ” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy”

Wskazanie 0,1 % wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy projektu umowy par. 7 ust. 1.3

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 1.3 projektu umowy zamiast zwrotu „wartości brutto, o której mowa w par. 4 ust.1 ” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Wniosek nr 2 o wyjaśnienie treści SWZ:

Pakiet nr 1, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści elektrody o średnicy 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza średnicę elektrody 2,5mm.

Pakiet nr 1, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści elektrody z podłączeniem o średnicy 1,5mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 36mm x 42mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści podkład piankowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści podkład papierowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści podkład tkaninowy?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pakiet nr 1, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 50x100mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

.....
Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z up. Dyrektora Główny Specjalista ds. Analiz
mgr Joanna Zaręba-Słoma