

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy OfertyOznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.43.2022****Tabela nr 1. Odczynniki do oznaczeń parametrów krytycznych**

Lp.	Nazwa odczynnika	Ilość oznaczeń na okres 36 miesięcy	Numer katalogowy Wytwórca	Wielkość oferowanego opakowania	Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania	Cena jedn. netto opakowania	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto opakowania	Wartość netto	Wartość brutto
I	ODCZYNNIKI:									
1	Badania RKZ i oksymetryczne	10 800 oznaczeń								
WARTOŚĆ:										

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości badań, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Tabela nr 2. Dodatkowe akcesoria

Lp.	Nazwa handlowa	Numer katalogowy Wytwórca	Wielkość oferowanego opakowania	Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania	Cena jedn. netto opakowania	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto opakowania	Wartość netto	Wartość brutto
WARTOŚĆ:									

***Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dodatkowe akcesoria (kalibratory, kontrole, materiały zużywalne itp.) i ich ilości konieczne do wykonania pełnej ilości oznaczeń określonych przez Zamawiającego w SWZ.**

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy OfertyOznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.43.2022****Tabela nr 3. Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych**

Lp.	Nazwa handlowa przedmiotu dzierżawy	Typ/model	Producent	Cena jednostkowa brutto dzierżawionego urządzenia	Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy	Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy	Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce	Stawka VAT (%)	Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-ce
1.									

Tabela nr 4. Wartość oferty

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Odczynniki do oznaczeń parametrów krytycznych – tabela nr 1		
2.	Dodatkowe akcesoria – tabela nr 2		
3.	Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych – tabela nr 3		
RAZEM:			

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO ANALIZATORA:

Wykonawca sporządził dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa aparatu:
- typ:
- producent:
- rok produkcji: (*analizator rok produkcji 2022*)
- wartość analizatora:

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

Tabela nr 5. Parametry graniczne – wymagania dotyczące analizatora do oznaczania parametrów krytycznych:

Lp.	Opis parametru	Oferowany parametr - podać
1.	Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego.	
2.	Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO ₂ , pO ₂ , ctHb, MetHb, O ₂ Hb, HHb, COHb, HbF, sO ₂ , cNa ⁺ , cK ⁺ , cCa ⁺⁺ (zakres pomiarowy cCa ⁺⁺ od 0,1 mmol/L), cCl ⁻ , glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl)	

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy OfertyOznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.43.2022**

Lp.	Opis parametru	Oferowany parametr - podać
3.	Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory.	
4.	Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary	
5.	Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: ➤ maksymalnie 45 µl – z kapilary ➤ maksymalnie 65 µl – ze strzykawki w czasie maksymalnie 60 sekund	
6.	Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów	
7.	Automatyczne mieszanie próbki	
8.	Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawione jako wartość liczbową (nominalna).	
9.	Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym.	
10.	Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni.	

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy OfertyOznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.43.2022**

Lp.	Opis parametru	Oferowany parametr - podać
11.	Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną.	
12.	Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów.	
13.	Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych..	
14.	Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej.	
15.	Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu.	
16.	Możliwość zdalnego nadzoru analizatora będącego w tej samej podsięci szpitalnej z poziomu laboratorium przy użyciu dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania. System dający możliwość podglądu na żywo statusu analizatora, kontroli jakości i kalibracji zgodnie z wytycznymi dla POCT. System dający możliwość sterowania analizatora.	
17.	Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim	
18.	Dobowy czas kalibracji 35 minut (wyluczając pierwszą dobę po zainstalowaniu/ wymianie nowej kasety)	
19.	Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo- zasadowej zawierający wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych.	

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy OfertyOznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.43.2022**

Lp.	Opis parametru	Oferowany parametr - podać
20.	Automatyczna instalacja kaset, niewymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie, dla wszystkich parametrów mierzonych.	
21.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
22.	Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2022	
23.	Wykonawca zapewni nadzór nad aparatem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednio na jego pulpit.	

Uwaga: Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompatybilny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.