

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy OfertyOznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.43.2022**

Tabela nr 1. Odczynniki do oznaczeń parametrów krytycznych

Lp.	Nazwa odczynnika	Ilość oznaczeń na okres 36 miesięcy	Numer katalogowy Wytwórca	Wielkość oferowanego opakowania	Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania	Cena jedn. netto opakowania	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto opakowania	Wartość netto	Wartość brutto
I	ODCZYNNIKI:									
1	Badania RKZ i oksymetryczne	10 800 oznaczeń								
WARTOŚĆ:										

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości badań, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Tabela nr 2. Dodatkowe akcesoria

Lp.	Nazwa handlowa	Numer katalogowy Wytwórca	Wielkość oferowanego opakowania	Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania	Cena jedn. netto opakowania	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto opakowania	Wartość netto	Wartość brutto
WARTOŚĆ:									

***Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dodatkowe akcesoria (kalibratory, kontrole, materiały zużywalne itp.) i ich ilości konieczne do wykonania pełnej ilości oznaczeń określonych przez Zamawiającego w SWZ.**

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy OfertyOznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.43.2022****Tabela nr 3. Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych**

Lp.	Nazwa handlowa przedmiotu dzierżawy	Typ/model	Producent	Cena jednostkowa brutto dzierżawionego urządzenia	Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy	Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy	Wartość całkowita netto dzierżawy za 36 m-ce	Stawka VAT (%)	Wartość całkowita brutto dzierżawy za 36 m-ce
1.									

Tabela nr 4. Wartość oferty

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Odczynniki do oznaczeń parametrów krytycznych – tabela nr 1		
2.	Dodatkowe akcesoria – tabela nr 2		
3.	Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych – tabela nr 3		
RAZEM:			

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO ANALIZATORA:

Wykonawca sporządził dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa aparatu:
- typ:
- producent:
- rok produkcji: (*analizator rok produkcji 2022*)
- wartość analizatora:

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

Tabela nr 5. Parametry graniczne – wymagania dotyczące analizatora do oznaczania parametrów krytycznych:

Lp.	Opis parametru	Oferowany parametr - podać
1.	Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego.	
2.	Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO ₂ , pO ₂ , ctHb, MetHb, O ₂ Hb, HHb, COHb, HbF, sO ₂ , cNa ⁺ , cK ⁺ , cCa ⁺⁺ (zakres pomiarowy cCa ⁺⁺ od 0,1 mmol/L), cCl ⁻ , glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl)	

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy OfertyOznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.43.2022**

Lp.	Opis parametru	Oferowany parametr - podać
3.	Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory.	
4.	Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary	
5.	Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: ➤ maksymalnie 45 µl – z kapilary ➤ maksymalnie 65 µl – ze strzykawki w czasie maksymalnie 60 sekund	
6.	Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów	
7.	Automatyczne mieszanie próbki	
8.	Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawione jako wartość liczbową (nominalna).	
9.	Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym.	
10.	Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni.	

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy OfertyOznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.43.2022**

Lp.	Opis parametru	Oferowany parametr - podać
11.	Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną.	
12.	Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów.	
13.	Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych..	
14.	Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej.	
15.	Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu.	
16.	Możliwość zdalnego nadzoru analizatora będącego w tej samej podsięci szpitalnej z poziomu laboratorium przy użyciu dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania. System dający możliwość podglądu na żywo statusu analizatora, kontroli jakości i kalibracji zgodnie z wytycznymi dla POCT. System dający możliwość sterowania analizatora.	
17.	Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim	
18.	Dobowy czas kalibracji 35 minut (wyluczając pierwszą dobę po zainstalowaniu/ wymianie nowej kasety)	
19.	Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo- zasadowej zawierający wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych.	

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy OfertyOznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.43.2022**

Lp.	Opis parametru	Oferowany parametr - podać
20.	Automatyczna instalacja kaset, niewymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie, dla wszystkich parametrów mierzonych.	
21.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
22.	Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2022	
23.	Wykonawca zapewni nadzór nad aparatem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednio na jego pulpit.	

Uwaga: Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompatybilny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.