

Białystok, 26.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2022 r.:

na dostawę: **Lampa czołowa – 2 szt. , lupa do mikrochirurgii – 2 szt.** w ramach projektu „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym i Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku” Nr projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0090/21

- Zamawiający:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Lampa czołowa – 2 szt.

Producent:

Rok produkcji.....

	Opis parametrów wymaganych:	Wymogi graniczne TAK/NIE
1.	Natężenie światła min. 250 000 lux	
2.	Temperatura barwowa min. 4800 K	
3.	Zakres regulacji oświetlanego pola z odległości 50+/- 5 cm min.90 – 200 mm	
4.	Czas pracy na naładowanych akumulatorach min. 6 godziny	
5.	Czas ładowania baterii max. 10 godzin	
6.	Waga całkowita max 400 g	
7.	Płynna cyfrowa regulacja ściemniania	
8.	Szybka zmiana baterii bez potrzeby wyłączania lampy	
9.	Szybkie złącze USB do ładowania z komputera bądź gniazda sieciowego	
10.	Zintegrowane wskaźniki stanu naładowania baterii	
11.	2 akumulatory litowo-jonowe	

12.	Komplet zapasowych akumulatorów (2 szt.)	
13.	Ładowarka stacjonarna akumulatorowa	
14.	Zasilacz sieciowy	
15.	Walizka na lampę	
16.	Gwarancja min. 24 miesiące	

2. Lupy do mikrochirurgii – 2 szt.

Producent:

Rok produkcji.....

	Opis parametrów:	Wymogi graniczne TAK/NIE
1	Lupa okularowa na czepcu – 1 szt.	
2	Powiększenie: 2,5x	
3	Odległość pracy min 520 mm	
4	Pole widzenia: min 180 mm	
5	Lupa zabezpieczona przed kurzem i wodoodporne	
6	Lupa przymocowana do czepca za pomocą wysięgnika z możliwością regulacji	
7	Lupa okularowa na czepcu – 1 szt.	
8	Powiększenie: 3,5x	
9	Odległość pracy min 420 mm	
10	Pole widzenia: min 65 mm	
11	Lupa zabezpieczona przed kurzem i wodoodporne	
12	Lupa przymocowana do czepca za pomocą wysięgnika z możliwością regulacji	

3. Wymagania i warunki Zamawiającego:

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny i przygotowany do eksploatacji.
- Urządzenia powinny posiadać wszystkie wymagane parametry
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące

4. Sposób przedstawienia oferty:

Oferta powinna być przedstawiona w formie uzupełnionego opisu z **punktu 2**. Ceny jednostkowe brutto w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Cena musi być podana w PLN, cena oferowana z podatkiem VAT.


5. Termin dostawy: do 29.11.2022 r.

6. Termin składania ofert:

Oferty proszę składać drogą mailową na adres – projektywsz@gmail.com ewentualnie faksem – 85 74 88 502 w terminie do dnia **07.11.2022 r.**

7. Wybór najkorzystniejszej oferty: 10.11.2022 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok
tel. 85 74 88 500, fax 85 74 88 502



Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Sławomir Gołaszewski

