

Przedmiot zamówienia: CYSTOSKOP – 10 zestawów

Przedmiot:	CYSTOSKOP
Nazwa i typ:	
Wytwórca:	
Rok produkcji:	

A: Specyfikacja zestawu:

L.p.	Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2022	Tak, opisać	
2.	Fiberoskop przeznaczony do wykorzystania w endoskopii diagnostycznej i chirurgicznej	Tak, opisać	
3.	Wyposażony w kanał roboczy w rozmiarze nie mniejszym niż 7 Fr.	Tak, opisać	
4.	Wejście kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe z fiberoskopem przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami	Tak, opisać	
5.	Adapter LUER-Lock do kanału roboczego (1 szt.) z wymienną uszczelką dwustopniową (10 szt.) – 1 zestaw	Tak, opisać	
6.	Fiberoskop wyposażony w złącze do podłączenia światłowodu	Tak, opisać	
7.	Okular fiberoskopu wyposażony w pokrętkę do regulacji ostrości i dostosowany do połączenia z głowicą kamery endoskopowej różnych producentów	Tak, opisać	

8.	Kąt pola widzenia: 110° - 120°	Tak, opisać	
9.	Rękojeść fiberoskopu wyposażona w dźwignię sterującą wygięciem końcówki dystalnej w górę i w dół	Tak, opisać	
10.	Wygięcie końcówki dystalnej min.: 210° do góry, 140° do dołu	Tak, opisać	
11.	Rozmiar zewnętrzny płaszcz robocznego nie większy niż 15,5 Fr.	Tak, opisać	
12.	Długość robocza fiberoskopu: 37 cm – 38 cm	Tak, opisać	
13.	Fiberoskop nadający się do sterylizacji w tlenku etylenu (EO)	Tak, opisać	
14.	Kleszcze biopsyjne, giętke, jedna bransza ruchoma, rozmiar 5 Fr., długość 730 - 750 mm, wielorazowego użytku – 1 szt.	Tak, opisać	
15.	Kleszcze chwytające, giętke, jedna bransza ruchoma, rozmiar 5 Fr., długość 730 - 750 mm, wielorazowego użytku – 1 szt.	Tak, opisać	
16.	W zestawie: - tester szczelności – 1 szt. - nasadka kompensacji ciśnienia – 1 szt. - walizka do przechowywania i transportu fiberoskopu – 1 szt.		
17.	Światłowód we wzmocnionej osłonie, długość 230 cm – 1 szt.		
18.	Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania giętkiego endoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem endoskopu, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 690 x 170 x 90 mm (±5 mm) – 1 szt.		

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

B. FORMULARZ CENOWY

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	CYSTOSKOP	10 zestawów					

Wartość netto oferty: zł

Słownie:

Wartość brutto oferty: zł

Słownie: