

Białystok, dnia 02.11.2022r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny ZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. M. Skłodowskiej – Curie 26
15-950 Białystok

Numer pisma: DA.ZP.242.55.2.2022

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zakup i dostawa cystoskopów**”, oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.55.2.2022.

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, że działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami SWZ.

1. (dot. zał. nr 1 do SWZ, pkt. 18) Czy Zamawiający dopuści: kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania giętkiego endoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem endoskopu, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 550 x 260 x 92 mm – 1 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Czy ze względu na obecną światową sytuację na rynku sprzętu medycznego tj. zakłócenia w łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych oraz trudności z dostępnością podzespołów, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 15 grudnia 2022r.?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu dostawy.

3. Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu i dostępności części zamiennych przez okres co najmniej 5 lat od dostawy?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 3 dni roboczych? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 3 dni roboczych.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis § 11 ust. 2. Otrzymuje on brzmienie:

„W przypadku konieczności naprawy w okresie gwarancyjnym **czas reakcji serwisu**, tj. od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie **maksymalnie do 3 dni roboczych**; za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę.”

5. Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary o której mowa we wzorze umowy §15 ust. 2 do 0,5%?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

.....
Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ są wiążące dla wszystkich
Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**Z up Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz
mgr Joanna Zaręba-Słoma**